**Anexa nr. 22**
La Documentatia standard nr. "115" din 15.09.2021

# Specificaţii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1758873042488**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.25)**

Autoritatea contractantă: **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

| nr. crt | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Modelul | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33100000-1 | Higrometru / Psihrometru 15-40C 260640 | Higrometru 15 - 40C | Ucraina | Steklopribor | Higrometru / Psihrometru 15-40C<br>Cod 260640<br>Parametrul Specificația<br>Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere<br>Lichid termometric exceptie mercur<br>Rezoluție ± 0.2 C<br>Fixare pe perete obligatoriu<br>Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed)<br>Carcasa Plastic<br>Scară de temperatură da (Celsius)<br>Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C<br>Umiditatea 40…90 % | Higrometru / Psihrometru 15-40C<br>Cod 260640<br>Parametrul Specificația<br>Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere **da, punctul 1.1, document 1**<br>Lichid termometric **toluen, da pagina 1, prospect**<br>Rezoluție 0.2 C **da, punctul 2.3, document 1**<br>Fixare pe perete obligatoriu **da, poza la higrometru din prospect**<br>Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) **da, punctul 4, tabel 3 document 1; poza din prospect**<br>Carcasa Plastic **da, prospect**<br>Scară de temperatură da (Celsius) **da, punct 2.1, tabel 1, document 1**<br>Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C **da, punct 2.1, tabel 1, document 1; prospect**<br>Umiditatea **20…90 % da, punct 2.1, tabel 1, document 1** | Declaratia de conformitate |

Numele, Prenumele Stela POTINGA  În calitate de: Administrator

Ofertantul: SA TEHOPTIMED  Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

Digitally signed by Potînga Stela
Date: 2025.10.15 11:23:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ