

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1714661820063/ 21223571 din 10.05.2024

Obiectul achiziției: **Piese pentru dispozitive medicale (repetat)**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Țara de origine	Produ-cător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 4//Baterie compatibil cu dermatom Humeca D80, garanție 3 ani	4.BC7.4V2400	Olanda	Humeca	Baterie compatibil cu dermatom Humeca D80, garanție 3 ani	Conform cerinței producătorilor din manualul de utilizare	ISO/CE
Lot 17// Transductor convex compatibil cu ultrasonograf Mindray M7, aplicatie organe interne, ginecologie, obstetrică. Banda de frecvență 2.1 - 5.1 MHz, Numărul de elemente 128, câmp de vizualizare 75 de grade, Raza curburii 51 mm, frecvențe B-mod 2.5, 3.5, 5 Mhz, Frecvențe armonice 5, 6 Mhz, Frecvențe doppler 2,5 , 3 Mhz. Garanție un an	C5-2s	China	Mindray	Transductor convex compatibil cu ultrasonograf Mindray M7, aplicatie organe interne, ginecologie, obstetrică. Banda de frecvență 2.1 - 5.1 MHz, Numărul de elemente 128, câmp de vizualizare 75 de grade, Raza curburii 51 mm, frecvențe B-mod 2.5, 3.5, 5 Mhz, Frecvențe armonice 5, 6 Mhz, Frecvențe doppler 2,5 , 3 Mhz. Garanție un an	Conform cerinței producătorilor din manualul de utilizare	ISO/CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. „Dutchmed-M” S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebal 76, of 807/808