

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1655898660344 din 22.06.2022						
Obiectul achiziției:Reparație videocolonoscop Fujinon Fujifilm						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L	Videocolonoscop Fujinon Fujifilm Model EC-590ZW3L	Japonia	Fujinon	Reparația Videocolonoscopului, model: Fujifilm EC 590 ZW3L cu înlocuirea Videocamerei format Full HD cu zoom optic - CAMERA HEAD ASSY (RoHS) P10A13370670 compatibila cu endoscop model EC 590 ZW3L. Garanței minim 6 luni Emiterea unui raport a lucrărilor indeplinite asupra endoscopului. Emiterea unui raport de testare a dispozitivului.	Reparația Videocolonoscopului, model: Fujifilm EC 590 ZW3L cu înlocuirea Videocamerei format Full HD cu zoom optic - CAMERA HEAD ASSY (RoHS) P10A13370670 compatibila cu endoscop model EC 590 ZW3L. Garanței minim 6 luni Emiterea unui raport a lucrărilor indeplinite asupra endoscopului. Emiterea unui raport de testare a dispozitivului.	Adeverința calificarea personalului
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciusev 16, of.6