

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21122574 / ocds-b3wdp1-MD-1700833503450, din 11/12/2023						Data: 11/12/2023	Alternative nu sunt	
Obiectul achiziției: Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024 (repetat)						Lot: 5.	Pagina 1 din 2	
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
3310000-1	5	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vacuum a cimentului	Cemex® System Genta ID Green 70g (13A2420)	Italia	TECRES	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vacuum a cimentului. Cimentul să conțină cel puțin 40g de polimer sub formă de pudră și monomer sub formă lichidă. Să conțină oxid de zirconiu sau sulfat de bariu în pudră de ciment ca agent radioopac. Să fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru autoplastii la nivel de șold, genunchi și alte articulații. Să conțină Gentamicină. Sistemul de mixare în vacuum a cimentului acrilic: Să prezinte cartridge-ul pre umplut cu ciment în care se mixează. Să prezinte pompă vacuum. Să prezinte vârful lung pentru inserarea cimentului în canalul femural. Să prezinte pistolul de livrare a cimentului pe suprafețele protetice și canale osoase. Termen restant al sterilizării la momentul livrării nu mai mic de 3 ani. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vacuum a cimentului Cimentul să conțină cel puțin 70 g de polimer sub formă de pudră și monomer sub formă lichidă - Să conțină sulfat de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. - Sa fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de șold, genunchi și alte articulații. - Să conțină Gentamicină. Sistemul de mixare în vacuum a cimentului acrilic: - Să prezinte cartridge-ul preimplut cu ciment în care se mixează; - Să prezinte pompa vacuum; - Să prezinte vârful lung pentru inserarea cimentului în canalul femural; - Să prezinte pistolul (REF: GUN-01) de livrare a cimentului pe suprafețele protetice și canale osoase. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. <i>[Vezi informație pe Catalog, pagina cu CEMEX® SYSTEM și INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Cemex® System Genta ID Green]</i>	ISO, CE, Nr. de înreg.: DM000343492

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova