



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ МГ0062127-6020

Дата поверки «08» июня 2020 г.
Действительно до «08» июня 2021 г.

Средство измерений Мультиметр

Тип ZEN-MM10-3

№ R200009787

Метрологические характеристики: см. приложение

Владелец ООО "Приборторг"

Поверено в соответствии с МРБ МП. 2155-2011

с применением эталонов: Калибратор универсальный 9100E №902251635

Результаты поверки (при необходимости):

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допускается к применению

Место оттиска поверительного клейма

Поверитель


подпись

Е.С. Игнатенко
расшифровка подписи



Настоящее свидетельство подтверждает прослеживаемость измерений, выполняемых с помощью данного средства измерений, к единицам SI, которые воспроизводятся национальными эталонами

тел.: +375 (222) 72-12-78

Метрологические характеристики:

Измерение напряжения постоянного тока	
200 мВ	$\pm (0,5 \%U + 2 \text{ е.м.р.})$
2000 мВ	
20 В	
200 В	
600 В	$\pm (0,8 \%U + 2 \text{ е.м.р.})$
Измерение напряжения переменного тока частотой от 45 до 400 Гц	
200 В	$\pm (1,2 \%U + 3 \text{ е.м.р.})$
600 В	
Измерение силы постоянного тока	
2000 мкА	$\pm (1,0 \%I + 2 \text{ е.м.р.})$
20 мА	
200 мА	$\pm (1,2 \%I + 2 \text{ е.м.р.})$
10 А	$\pm (2,0 \%I + 5 \text{ е.м.р.})$
Измерение сопротивления постоянному току	
200 Ом	$\pm (0,8 \%R + 5 \text{ е.м.р.})$
2000 Ом	
20 кОм	
200 кОм	
2000 кОм	$\pm (1,0 \%R + 5 \text{ е.м.р.})$
20 МОм	
200 МОм	$\pm (5,0 \%(R-10) + 10 \text{ е.м.р.})$

Поверитель

подпись

Е.С. Игнатенко

расшифровка подписи

Страница 2 из 2