

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1666964373050 / 21066381 din: 28.10.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Instalații Stomatologice

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
	Lotul 1						
1	Instalație stomatologică combinată cu fotoliu	X3 for dental chair, W2 for air compressor	CHINA	Cingol Medical Instrument Co.,Ltd	Instalație stomatologică combinată cu fotoliu Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic. Fotoliul stomatologic Unghi de înclinare de la 100°până la 180° Tetieră reglabilă ≥40cm Setări minim 1 utilizatori Greutate maximă 200kg Comandă pedală pneumatica Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere Sarcina min 180kg Înălțime reglabilă Suport spate da Suport picior da Motor electric 24V Masa dentistului Turbină M4 cu chee 2500-3000 rpm. Turbină cu buton min 3000rpm. Seringă cu 3 căi apă, aer, spray. vârf unghiular 90°, detașabil Scaler cu minim 6 vârfuri cu iluminare LED ≥28MHz. Micromotor electric, autoclavabil. de la 30000-40000 rpm. Piese contrauchi de la 25. 40000 rpm	Instalație stomatologică combinată cu fotoliu Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic. Fotoliul stomatologic Unghi de înclinare de la 100°până la 180° Tetieră reglabilă ≥40cm Setări minim 1 utilizatori Greutate maximă 200kg Comandă pedală pneumatica Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere Sarcina min 180kg Înălțime reglabilă Suport spate da Suport picior da Motor electric 24V Masa dentistului Turbină M4 cu chee 2500-3000 rpm. Turbină cu buton min 3000rpm. Seringă cu 3 căi apă, aer, spray. vârf unghiular 90°, detașabil Scaler cu minim 6 vârfuri cu iluminare LED ≥28MHz. Micromotor electric, autoclavabil. de la 30000-40000 rpm. Piese contrauchi de la 25. 40000 rpm	CE/ISO

			<p>mesa contraugm de la 20-40000 rpm.</p> <p>Negatoscop.</p> <p>Scaun medic</p> <p>Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică</p> <p>Sarcină maximă $\geq 150\text{kg}$</p> <p>Înălțime reglabilă</p> <p>Suport spate reglabil</p> <p>Cu suport pentru picior</p> <p>Braț asistentă</p> <p>Aspirator de salivă</p> <p>Aspirație slabă</p> <p>Aspirație puternică</p> <p>Lampă fotopolimer</p> <p>lungimea de undă $\geq 420\text{nm}$</p> <p>minim 2 poziții $\geq 1000 \text{ minW/cm}^2$</p> <p>Seringă cu 3 căi apă, aer, spray</p> <p>vârf unghiat 90°, detașabil</p> <p>Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului</p> <p>Dirijare scaun medic joj-sus</p> <p>Speteaza inainte, în spate</p> <p>Cameră intraorală</p> <p>Bloc hidrolic</p> <p>Umplere apa pahar.</p> <p>Incalzire apa.</p> <p>Revenire la setari.</p> <p>Golire apa din bol</p>	<p>mesa contraugm de la 20-40000 rpm.</p> <p>Negatoscop.</p> <p>Scaun medic</p> <p>Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică</p> <p>Sarcină maximă $\geq 150\text{kg}$</p> <p>Înălțime reglabilă</p> <p>Suport spate reglabil</p> <p>Cu suport pentru picior</p> <p>Braț asistentă</p> <p>Aspirator de salivă</p> <p>Aspirație slabă</p> <p>Aspirație puternică</p> <p>Lampă fotopolimer</p> <p>lungimea de undă $\geq 420\text{nm}$</p> <p>minim 2 poziții $\geq 1000 \text{ minW/cm}^2$</p> <p>Seringă cu 3 căi apă, aer, spray</p> <p>vârf unghiat 90°, detașabil</p> <p>Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului</p> <p>Dirijare scaun medic joj-sus</p> <p>Speteaza inainte, în spate</p> <p>Cameră intraorală</p> <p>Bloc hidrolic</p> <p>Umplere apa pahar.</p> <p>Incalzire apa.</p> <p>Revenire la setari.</p> <p>Golire apa din bol</p>	
--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301