

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21467882 din 05.09.2025

Obiectul de achiziției Consumabile medicale și materialelor de sutură (capron)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 6						
Sondă blakemore	Nr.18, 23	Rusia	LLC "Alfaplastik Association"	Sondă din silicon/cauciuc sau PVC medical (flexibil și atraumatic), mărimi: 18,23; număr canale: minim 3; cu marcaj color diferențiat al balonașului gastric de cel esofagian, cu posibilitatea de control al presiunii în balonașe.	Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18 Lungime, mm - (18) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 Numărul probei - 23 Lungime, mm - (23) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (23) 7,7 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (23) 1,3 + -0,2 nu are certificat CE	Declaratie de conformitate
Total lot 6						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23
