

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul procedurii de achiziție: 21264649, ocds-b3wdp1-MD-1722412794153						Data: 06.09.2024	Alternativa nr.	
Denumirea obiectului achiziției: Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Imunologice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025						Lot:	pag. 1 din 1	
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
80	33100000-1	ASLO – LATEX	ASLO-DAC / 1031A100	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerințe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină ASLO LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.	ASLO , metoda Latex-test. Set 100 teste, cu control pozitiv și negativ, planșet și baghete inclus. Catalog pag. 7, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare DM000305258	ISO, CE.
91	33100000-1	CPR - LATEX	CRP-Latex / 1033C100	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerințe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină CPR LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.	CRP , metoda Latex-test. Set 100 teste, cu control pozitiv și negativ, planșet și baghete inclus. Catalog pag. 7, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare DM000305263	ISO, CE.
122	33100000-1	RF - LATEX	RefaTex-DAC / 1039R100	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerințe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină RF LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.	RF , metoda Latex-test. Set 100 teste, cu control pozitiv și negativ, planșet și baghete inclus. Catalog pag. 7, instrucțiune de utilizare. Nr. de înregistrare DM000305267	ISO, CE.
123	33100000-1	RPR-latex test	RPR-CARBON-DAC / 1040R100P	Moldova	Dac-SpectroMed	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (floculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set până la 150 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanța între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%,	Teste RPR , bazate pe reacție de aglutinare pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set 100 teste. Componenta setului (în instrucțiune de utilizare): 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste (distanța între godeuri pe card de 0,5cm). 3. Control negativ. 4. Control pozitiv. Sensibilitatea 100% - instrucțiune de utilizare, Specificitatea 100% - instrucțiune de utilizare. Catalog pag. 8. Nr. de înregistrare DM000674883	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 06.09.2024

Valabilitatea ofertei - 160 zile.