

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1562573830458	Data: 20 iul 2019, 12:41 - 30 iul 2019, 13:41	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Echipament medical oftalmologic pentru Spitalul Clinic Militar Central al AN		Pagina:

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Microscop operator pentru chirurgia polului anterior si posterior				* Magnificare minim 4:1 Zoom, motorizată, cu viteză variabilă și optice separate pentru vizualizare stereoscopică pentru operator * Monitor video integrat * Magnificare motorizata minim 4.1x(W D 200mm, 10x oculare) * Oculare chirurg cu înclinație variabilă de 0°- 215° * Obiectiv APO cu optică cromatică Galilei corectată, f=175/200mm * Oculare tip Wide Field cu reglaj dioptric, minim 10X * Iluminare directă fără fibră optică * Garanție funcționare bec halogen 12V/100W de minim 1000 ore * Sistem de iluminare cu lumină coliniară nefocalizată * Iluminare variabilă, coaxială, cu reflex roșu integrat * Dimensiune câmp reflex roșu 1880 mm² * Filtre IR și UV integrate * Focalizare/ magnificare motorizată cu viteză variabilă * Reglare fin înclinație manual -30° – + 90° * Interval focalizare motorizata: 55mm – 65mm	Da, 1:5 Da, LMD-2110MD Da Da, binocular inclinabil 0°(drept) 90°(inclinat) Da Da Da Sursa de lumina LED (50 000 ore) Da (lumina coaxiala) Da Nu e specificat Filtre: Heat-absorbing (absorber de caldura), blue corrector (corector albastru), yellow filter(galben), retinal protection (protectie retinala) Da – /+ 30° Focusing Stroke 30mm	ISO, CE

					* Sistem X-Y cu câmp de 55x55mm, motorizat cu viteză variabilă * Pedală cu minim 12 funcții, complet programabilă * Pedală de comandă * Unitate de control programabilă cu memorii pentru chirurghi * Unitate de control cu ecran tactil cu acces direct de către chirurg * Resetare completă pentru focus, magnificare, X-Y și stingerea becului * Frâne pentru roți * Posibilitatea sincronizării wireless cu un aparat de phacoemulsificare compatibil pentru recepționarea și afișarea parametrilor de lucru și a etapelor chirurgicale	Da Nu Da No Nu Da Da Nu	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Cristina Rusu
 Administrator
 AG Medical SRL