

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21058332 din 21.06.2022**Obiectul de achiziție: Instalație „Dip Coater”**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Instalație „Dip Coater” (Aparat pentru obținerea filmelor subțiri prin metoda de imersare)	L2006A1-EU	UK	Ossila Ltd	Aparat pentru obținerea filmelor subțiri prin metoda de imersare „Dip Coater” Motor pas-cu-pas cu precizie micrometrică. Software incorporat cu posibilitatea de a seta viteză variabilă pe parcursul extragerii din soluție pentru obținerea unui gradient de grosime a filmului. Posibilitatea setării de cicluri repetate. - Viteza de imersare-extragere (v): 0,01–50 mm/s; - Rata de reproductibilitate: de la $\pm 0.01\%$ pentru viteza minimă până la $\pm 0.3\%$ pentru viteza maximă; - Distanța maximă de deplasare: minim de 100 mm; - Numărul de cicluri: min 500; - Durata maximă a timer-ului: min 50 ore; - Numărul de programe setate în memorie – min 20; - Dimensiunea probelor: max 200x350 mm (LxÎ).	Aparat pentru obținerea filmelor subțiri prin metoda de imersare „Dip Coater” Motor pas-cu-pas cu precizie micrometrică. Software incorporat cu posibilitatea de a seta viteză variabilă pe parcursul extragerii din soluție pentru obținerea unui gradient de grosime a filmului. Posibilitatea setării de cicluri repetate. - Viteza de imersare-extragere (v): 0,01–50 mm/s; - Rata de reproductibilitate: de la $\pm 0.01\%$ pentru viteza minimă până la $\pm 0.3\%$ pentru viteza maximă; - Distanța maximă de deplasare: de 100 mm; - Numărul de cicluri: 1000; - Durata maximă a timer-ului: 99:59:59 (HH:MM:SS); - Numărul de programe setate în memorie – 20; - Dimensiunea probelor: 200x350 mm (LxÎ).	ISO, CE, FDA
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23

