

		Specificații tehnice (F4.1)							
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		LP nr. 21044374 / ocds-b3wdp1-MD-1631876468473						Data: „22” octombrie 2021	Alternativa nr.: N/A
Denumirea licitației:		Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 14, pentru anul 2021						LOT: 4	Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. LOT	Denumire LOT	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000-1	4	Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie a sângelui, vertical, volum minim 800L	Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie a sângelui, vertical, volum minim 800L	LF 1400	Danemarca	ARCTIKO A/S	minim 800L Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru pasmei sanguine Parametrul Specificația Configurație vertical Capacitatea internă a camerei Minim 800 litri Număr de sertare, cu delimitări pentru pungi cu plasmă sanguină Minim 4 buc. Ușa Externă 1 Mecanism blocare cu cheie Roți da Construcție interioară inox medical sau material anti-bacterial prevazut pentru prelucrare cu solutii antiseptice Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Temperatura reglabilă -- 18°C ... 25°C stabilitate - ± 3 °C rezoluție - 1 °C Afișaj temperatură digital ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor da, min. 48 ore Răcire ventilată forțată Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db	Conform specificațiilor din Anexa nr. 4	ISO/CE

Specificații tehnice (P4.2)											
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]											
Numărul licitației:		LP nr. 21044374 / ocds-b3wdp1-MD-1631876468473					Data: „22” octombrie 2021		Alternativa nr.: N/A		
Denumirea licitației:		Dispozitivele medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 14, pentru anul 2021					LOT: 4		Pagina: 1 din 1		
Cod CPV	Nr. LOT	Denumire LOT	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	VALOAREA ESRIMATĂ
1		2	3	4	5	6	7	8	9		
33100000-1	4	Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie a sângelui, vertical, volum minim 800L	Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie a sângelui, vertical, volum minim 800L	buc	2	102 417,00	122 900,40	204 834,00	245 800,80	până la 60 zile de la înregistrarea Contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalare)	360 000,00

Pret fara TVA (lei)	Pret cu TVA (lei)
---------------------	-------------------

Suma total:	204 834,0000	245 800,8000
-------------	--------------	--------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: SC IMUNOTEHNOMED SRL Adresa: str. Gh. Asachi 42, or. Chișinău, MD-2028