

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	Achizitii.md ID: 21033728; MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1610362676709	Data: „10” februarie 2021	Alter-nativa nr.: __
Denumirea licitației:	Realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021	Lot: 42	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000-1	42	Reagenți pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni anaerobi	Reagenți pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni anaerobi	BacT/ALERT® FN Plus (410852)	SUA	bioMérieux, Inc.	Destinație: pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni anaerobi, flacoanele utilizate pentru sânge uman donat/pacienți netratați cu antibiotic. Proprietăți: Flacoane cu mediu nutritive: a) compatibile cu tehnologia existentă; b) din sticlă; c) dimensiunile flaconului cu lungimea 12 cm și diametrul 3,4 cm; d) cu capac de culoare roșie; e) lipite cu o folie de plastic, cu o etichetă colorată în roșu și gradată din 5 în 5 ml, asigurat cu cod de bare. Compoziția mediului de cultură din flacon: a) bulion tripticăză soia cu suplimente pentru organismele anaerobe; b) cu SPS (anticoagulant) în atmosfera de CO2 în nitrogen; c) reagenți gata de utilizare, fără etape intermediare de pregătire. Sensorul colorimetric - situat în partea inferioară a flaconului. Forma de ambalare: flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.	Flacoane cu reagent ce conțin perle polimerice absorbante și care neutralizează agenți antimicrobieni din clasele de antibiotice și antifungice, destinate utilizării cu sistemele Bact/Alert: izolează bacterii anaerobe și facultativ anaerobe, flacoane utilizate pentru sânge uman donat/pacienți netratați cu antibiotic, (inclusiv și la pacienți tratați cu antibiotice); nu necesită adaos de suplimente nutritive; senzor emulsie lichidă (LES); utilizate pentru detecția microorganismelor din sânge și a fluidelor umane. Proprietăți: Flacoane cu mediu nutritive: a) compatibile cu tehnologia existentă; b) din sticlă; c) dimensiunile flaconului cu lungimea 12 cm și diametrul 3,4 cm; d) cu capac de culoare roșie; e) lipite cu o folie de plastic, cu o etichetă colorată în roșu și gradate din 5 în 5 ml, asigurat cu cod de bare. Compoziția mediului de cultură din flacon: a) bulion tripticăză soia cu suplimente pentru organismele anaerobe; b) cu SPS (anticoagulant) în atmosfera de CO2 în nitrogen; c) reagenți gata de utilizare, fără etape intermediare de pregătire. Sensorul colorimetric - situat în partea inferioară a flaconului. Forma de ambalare: flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie coincid cu cele de pe eticheta flaconului.	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1

Data: 09.02.2021