

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati

ANEXA Nr. 48

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
48	Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază) 130420	Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază) Cod 130420 Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază Parametrul Specificația Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut" Controlul padelelor Încărcare obligatoriu descărcarea energiei obligatoriu Forma de undă la ieșire bifazic Sincronizator obligatoriu Display Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor obligatoriu Afișarea ritmului cardiac obligatoriu Alarmer ale ritmului cardiac obligatoriu Frecvența de lucru diapazon min. 0.67-40 Hz	Prodicator / Tara de origine: OKUMAN Medikal Sistemler A.S. / Turcia, Model: DFM 600 + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază) Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază Parametrul Specificația Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut" Controlul padelelor Încărcare obligatoriu - descărcarea energiei obligatoriu - Corespunde Forma de undă la ieșire bifazic Sincronizator obligatoriu - Corespunde Display Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor obligatoriu Afișarea ritmului cardiac obligatoriu - Alarmer ale ritmului cardiac obligatoriu - Corespunde

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 48

		Indicator al devierii derivațiilor cardiace obligatoriu	40 Hz	Frecvența de lucru	diapazon min. 0.67-
	Modul ECG	Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi obligatoriu		Indicator al devierii derivațiilor cardiace obligatoriu - Corespunde	
		Diapazon diapazon min. 30 - 300 BPM	Modul ECG	Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi obligatoriu	
		Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J		Diapazon diapazon min. 15 - 300 BPM	
		Mesaje de alarmă obligatoriu		Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J	
	Imprimantă pentru ECG	Viteza hîrtiei minim 12.5, 25, 50 mm/sec		Mesaje de alarmă obligatoriu -	
		Imprimantă termică încorporată obligatoriu	Corespunde		
	Printare	auto sau manuală	Imprimantă pentru ECG	Viteza hîrtiei minim 12.5, 25, 50 mm/sec	
	Adnotări	ora obligatoriu		Imprimantă termică încorporată obligatoriu -	
		data obligatoriu	Corespunde		
		derivația obligatoriu		Printare	auto sau manuală
		ritmul cardiac obligatoriu		Adnotări	ora obligatoriu - Corespunde
		modul de operare obligatoriu		data	obligatoriu - Corespunde
		forma undei descărcate obligatoriu		derivația	obligatoriu - Corespunde
		Funcția sumară obligatoriu		ritmul cardiac	obligatoriu - Corespunde
	Memorie	Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie obligatoriu		modul de operare	obligatoriu - Corespunde
		Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj		forma undei descărcate	obligatoriu - Corespunde
		Capacitatea de stocare ≥ 2 ore		Funcția sumară	obligatoriu - Corespunde
	Alimentarea	Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu	Memorie	Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie obligatoriu - Corespunde	

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 48

		Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp de lucru de la baterie 3 ore ECG continuu sau min. 100 descărcări la energia maximă Greutatea cu accesorii < 9 kg Accesorii Padele Adult, reutilizabile 1 set., (codul produsului oferit) "Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set., (codul produsului oferit) Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc., (codul produsului oferit) Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc., (codul produsului oferit) Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc., (codul produsului oferit) Hîrtie termică 5 buc., (codul produsului oferit) Gel de contact 250 ml, (codul produsului oferit)	Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatea de stocare ≥ 2 ore Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu - Corespunde Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu - Corespunde Timp de lucru de la baterie 3 ore ECG continuu sau min. 100 descărcări la energia maximă Greutatea cu accesorii < 9 kg Accesorii Padele Adult, reutilizabile 1 set., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configurație ofertata de catre producator) "Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configurație ofertata de catre producator) Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc., (codul produsului oferit) Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configurație ofertata de catre producator) Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configurație ofertata de catre producator) Hîrtie termică 5 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configurație ofertata de catre producator)
--	--	---	---

			Gel de contat 250 ml, (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator) [Vezi brosură: DFM 600 004-092022-EN.pdf]
--	--	--	--