

Specificații tehnice (F4.1)

	Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1583315610339			Data: 5 mart 2020, 12:00 - 9 mart 2020, 8:00	
	Denumirea licitației: Articole angiografice			Poziții: 1,2,4.	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferită, Standarde de referință	Standarde de referință
1	33600000-6	Microcateter cerebral	HEADWAY	SUA	MICROVENTION	*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ broșura/ instrucțiuni/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Construcția: impletire hibrid și reforțare spiralată oferă o integritate și flexibilitate sporită ce oferă un răspuns prin manevrabilitate 1:1; Forme: Straight, virf pre-format 45°, virf per-format 90°, virf pre-format tip "J"; Diametrul intern distal 0.0165", 0.017", 0.021", 0.027"; Diametrul intern proximal 0.042mm, 0.43mm, 0.53mm, 0.69mm; Diametrul extern distal 1.3Fr, 1.6Fr, 1.7Fr, 2.0Fr, 2.6Fr ; Diametrul extern proximal 2.1Fr, 2.4Fr, 2.5Fr, 3.1Fr; Lungimea totală: 150cm, 156cm, 167cm.	*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/ broșura/ instrucțiuni/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Construcția: impletire hibrid și reforțare spiralată oferă o integritate și flexibilitate sporită ce oferă un răspuns prin manevrabilitate 1:1; Forme: Straight, virf pre-format 45°, virf per-format 90°, virf pre-format tip "J"; Diametrul intern distal 0.0165", 0.017", 0.021", 0.027"; Diametrul intern proximal 0.042mm, 0.43mm, 0.53mm, 0.69mm; Diametrul extern distal 1.3Fr, 1.6Fr, 1.7Fr, 2.0Fr, 2.6Fr ; Diametrul extern proximal 2.1Fr, 2.4Fr, 2.5Fr, 3.1Fr; Lungimea totală: 150cm, 156cm, 167cm.	CE/ISO

2	33600000-6	Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate	TRAXCESS	SUA	MICROVE NTION	Constructia: Nitinol hybrid si stainless steel, acoperire hidrofilica. Sistemul inovativ de conexiune prin andocare permite schimbul de catetere intra-operational; Tipuri: Soft, Support; Diametrul extern distal 0.012” (0.30mm); Diametrul extern proximal 1.014” (0.36mm). Lungimea totala: 200cm; Lungimea portiunii hidrofilice: 40, 97 cm; Lungimea capatului distal radioopac: 3cm, 6cm. *Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmata prin semnatura si stampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmata prin semnatura si stampila Participantului. *Catalogul producatorului/prospecte/ broșura/ instructiuni/documente tehnice, pe suport hirtie sau in format electronic, pentru produsul oferit. * In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Constructia: Nitinol hybrid si stainless steel, acoperire hidrofilica. Sistemul inovativ de conexiune prin andocare permite schimbul de catetere intra-operational; Tipuri: Soft, Support; Diametrul extern distal 0.012” (0.30mm); Diametrul extern proximal 1.014” (0.36mm). Lungimea totala: 200cm; Lungimea portiunii hidrofilice: 40, 97 cm; Lungimea capatului distal radioopac: 3cm, 6cm. *Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmata prin semnatura si stampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmata prin semnatura si stampila Participantului. *Catalogul producatorului/prospecte/ broșura/ instructiuni/documente tehnice, pe suport hirtie sau in format electronic, pentru produsul oferit. * In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	CE/ISO
4	33600000-6	Cateter suport intracranian	SOFIA	SUA	MICROVE NTION	Cateterintracranian de acces distal sitromboaspiratie in neurovasculatura, cu profilingust. Constructiehibrida, cateterranforsatatatpriniimpletire cat siprinrasucire, prezintarezistentasporita la kinking. Varf distal drept, atraumatic pentru peretelevasului, preformabil la abur. Disponibil in variantele 5F si 6F cu lungimi: 115 cm, 125 cm, 131 cm. Diametre interne de 0.055” sirespectiv 0.070”. Compatibilitate cu microghid 0.014” simicrocateter 0.017” (varianta 5F) sirespectiv 0.021” (varianta 6F).	Cateterintracranian de acces distal sitromboaspiratie in neurovasculatura, cu profilingust. Constructiehibrida, cateterranforsatatatpriniimpletire cat siprinrasucire, prezintarezistentasporita la kinking. Varf distal drept, atraumatic pentru peretelevasului, preformabil la abur. Disponibil in variantele 5F si 6F cu lungimi: 115 cm, 125 cm, 131 cm. Diametre interne de 0.055” sirespectiv 0.070”. Compatibilitate cu microghid 0.014” simicrocateter 0.017” (varianta 5F) sirespectiv 0.021” (varianta 6F).	CE/ISO

						Navigabil in anatomii tortuoase, dirijabil in zone de bifurcatie. Capacitate mare de aspirare a trombilor, utilizat ca prima optiune in tratamentul infarctului cerebral acut - tromboaspiratie. Poate fi utilizat si pentru livrare a stenturilor sau flow-diverterelor intracraniene.	Navigabil in anatomii tortuoase, dirijabil in zone de bifurcatie. Capacitate mare de aspirare a trombilor, utilizat ca prima optiune in tratamentul infarctului cerebral acut - tromboaspiratie. Poate fi utilizat si pentru livrare a stenturilor sau flow-diverterelor intracraniene.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** în calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **str. Melestiu, 20, mun. Chişinău, Republica Moldova**