

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1672407007150 / LP 21070878, din 09/01/2023		Data: 09/01/2023	Alternative nu sunt
Obiectul achiziției: privind Achiziționarea centralizată de reagenți de laborator și alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2023 (repetat)		Nr. lot. 2	Pagina 1 din 1

Cod CPV	Nr.	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul aricolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
			1	2	3	4	5	6	7
33100 000-1	2	Card cu gel pentru identificare antigene ABO si Rhesus D	Card cu gel pentru identificare antigene ABO si Rhesus D	DiaClonABO/Rh (001324)	Franța	Bio-Rad	Destinație: Pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților după sistemul AB0 și Rhesus D. Proprietăți: Coloane cu gel cu anticorpi monoclonali anti-A, anti-B și anti-D. Configurații prezente: Anti - A, Anti - B, Anti - AB, Anti - DVI+, Anti – DVI- și control negativ. Aspectul - fără rulouri și precipitat, gel omogenizat. Compatibil cu echipamentul din dotația laboratorului. Forma de ambalare: Card cu șase coloane, va fi ambalat separat în ambalaj sigur, marcat și etichetat de către producător cu informații de identitate (denumire, număr de lot/serie, termenul de valabilitate, condițiile de depozitare. Datele de identificare de pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu datele de pe fiecare card. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	Destinație: Pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților după sistemul AB0 și Rhesus D. Una bucata- 48 examinari. Proprietăți: Coloane cu gel cu anticorpi monoclonali anti-A, anti-B și anti-D. Configurații prezente: Anti - A, Anti - B, Anti - AB, Anti - DVI+, Anti – DVI- și control negativ. Aspectul - fără rulouri și precipitat, gel omogenizat. Compatibil cu echipamentul din dotația laboratorului. Forma de ambalare: Card cu șase coloane, va fi ambalat separat în ambalaj sigur, marcat și etichetat de către producător cu informații de identitate (denumire, număr de lot/serie, termenul de valabilitate, condițiile de depozitare. Datele de identificare de pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu datele de pe fiecare card. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	ISO/CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova