

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. 21092224/ ocde-b3wdp1-MD-1694604660149									Data: „16” octombrie 2023	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024										Pagina: 1 din 2
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Cod Produs Ofertat	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2			3		4	5	6	8	
3310000 0-1	71	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)	Amplatzer PDA (ADO II)	9-PDA2-03-04; 9-PDA2-03-06; 9-PDA2-04-04; 9-PDA2-04-06; 9-PDA2-05-04; 9-PDA2-05-06; 9-PDA2-06-04; 9-PDA2-06-06	Belgium/ USA	AGA MEDICAL CORPORATION /St. Jude Med., / ABBOTT Med.	Ocluder format din doua discuri simetrice articulate intre ele, dintr-o plasa multistratificata. Design simetric permitind abord din partea aortala sau pulmonara; Permite livrarea prin teci cu profil redus. Diametre ductale 2,5-5,5mm; Lungime duct- 5 - 12mm;	Ocluder format din doua discuri simetrice articulate intre ele, dintr-o plasa multistratificata. Design simetric permitind abord din partea aortala sau pulmonara; Permite livrarea prin teci cu profil redus. Diametre ductale 2,5-5,5mm; Lungime duct- 5 - 12mm; brosură atasată.	DM000304972; DM000304976; DM000304973; DM000304977; DM000304974; DM000304978; DM000304975; DM000304979
3310000 0-1	72	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)	Amplatzer DSA	9-ASD-004; 9-ASD-005; 9-ASD-006; 9-ASD-007; 9-ASD-008; 9-ASD-009; 9-ASD-010; 9-ASD-011; 9-ASD-012; 9-ASD-013; 9-ASD-014; 9-ASD-015; 9-ASD-016; 9-ASD-017; 9-ASD-018; 9-ASD-019; 9-ASD-020; 9-ASD-022; 9-ASD-024; 9-ASD-026; 9-ASD-028; 9-ASD-030; 9-ASD-032; 9-ASD-034; 9-ASD-036; 9-ASD-038; 9-ASD-040	Belgium/ USA	AGA MEDICAL CORPORATION /ABBOTT Med.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Design asimetric cu doua discuri (disc mai mic pentru atriu sting), confectionat din plasa din nitinol intrețesut cu fir din poliester. Trombogenitate zero. Posibilitatea de recuperare deplina si repozitionare completa, pana la deploimentul dispozitivului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Diametre Disc atrial drept - de la 12 la 35mm. Diametre disc atrial sting obligatorii: - de la 16 pana la 35mm	Design asimetric cu doua discuri (disc mai mic pentru atriu sting), confectionat din plasa din nitinol intrețesut cu fir din poliester. Trombogenitate zero. Posibilitatea de recuperare deplina si repozitionare completa, pana la deploimentul dispozitivului. Diametre: Disc atrial drept - de la 12 pana la 35mm. Diametre disc atrial sting: - de la 16 pana la 35mm. brosură atasată.	DM000304890; DM000304889; DM000304891; DM000304892; DM000304893; DM000304894; DM000304895; DM000304896; DM000304897; DM000304898; DM000304899; DM000304900; DM000304901; DM000304902; DM000304903; DM000304904; DM000304914; DM000304913; DM000304912; DM000304911; DM000304910;

3310000 0-1	222	Valva aortica autoexpandabila la transcateter	Valva aortica autoexpanda bila transcateter	Navitor	NVTR-23; NVTR-25; NVTR- 27; NVTR-29	USA	ABBOTT Med.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Set de valva aortica transcateter din pericard porcin; Implantare prin abord transfemural, direct aortic sau subclavicular; Bioproteza din pericard porc tratată împotriva calcificării, configurație cu trei foite; Cadru de susținere confectionat din Nitinol, autoexpandabil; Design supra-annular, pentru performanțe hemodinamice bune; Sistemul de livrare să permită repoziționarea valvei înainte de fixarea definitivă; Sistem de livrare compatibil cu introductor 14-15 Fr, Valvă prezintă un manșet intern și extern din polietilenă suturate la cadrul stentului care previn scurgerile paravalvulare Kit complet de accesorii necesare pentru implantare; Sistem compatibil cu ghid de 0.035"; Marca CE; Aprobare FDA; Studii clinice; Furnizorul să asigure instruirea echipei medicale și asistentă tehnică la primele 10 implantări gratis. Se solicită studii pentru acest tip de valvă (documentare). Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română. Cerinte minime obligatorii: (Oferta poate conține:	Set de valva aortica transcateter din pericard bovin; Implantare prin abord transfemural, direct aortic sau subclavicular; Bioproteza din pericard bovin tratat împotriva calcificării, configurație cu trei foite; Cadru de susținere confectionat din Nitinol, autoexpandabil; Design supra-annular, pentru performanțe hemodinamice excelente; Sistemul de livrare permite repoziționarea valvei înainte de fixarea definitivă; Sistem de livrare compatibil cu introductor 14-15 Fr, Valvă prezintă un manșet intern și extern din polietilenă suturate la cadrul stentului care previn scurgerile paravalvulare Kit în complet cu accesorii necesare pentru implantare; Sistem compatibil cu ghid de 0.035"; Marca CE; Aprobare FDA; Studii clinice; Se va asigura instruirea echipei medicale și asistentă tehnică la primele 10 implantări gratis. Sunt studii pentru acest tip de valvă (documentare). Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română. Dimensiuni: 23, 25, 27 mm; Suplimentar la cele obligatorii se accepta solicitarea și altor dimensiuni.	DM000504578; DM000503801

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: Director general;

Ofertantul: SRL"GBG-MLD"; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara, 64/2;