

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul LP: <b>21035773</b>	Data: <b>08-11.02.2021</b>	
Denumirea: <i>Reactivi și consumabile de laborator conform necesităților pentru anul 2021</i>	Lot:	Pagina <b>1</b> din 1

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată.	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
<b>Lotul 4. Specificații standard pentru investigațiile imunologice (marcherii hepatice)</b>								
1	33696500-0	Anti-HBcAg Elisa	Anti-HBcAg Elisa	Italia	Dia Pro	96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenți lichizi gata de lucru, să includă control normal și anormal, posibilitatea efectuării 1 probe, timp de incubare nu mai mult de 60 min. Compatibil cu STAT-FAX 4700	96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenți lichizi gata de lucru, să includă control normal și anormal, posibilitatea efectuării 1 probe, timp de incubare nu mai mult de 60 min. Compatibil cu STAT-FAX 4700	
2	33696500-0	HBsAg Elisa	HBsAg Elisa	Italia	Dia Pro	96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenți lichizi gata de lucru, să includă control normal și anormal, posibilitatea efectuării 1 probe, timp de incubare nu mai mult de 60 min. Compatibil cu STAT-FAX 4700	96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenți lichizi gata de lucru, să includă control normal și anormal, posibilitatea efectuării 1 probe, timp de incubare nu mai mult de 60 min. Compatibil cu STAT-FAX 4700	
3	33696500-0	Anti-HCV Elisa	Anti-HCV Elisa	Italia	Dia Pro	96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenți lichizi gata de lucru, să includă control normal și anormal, posibilitatea efectuării 1 probe, timp de incubare nu mai mult de 45 min. Compatibil cu STAT-FAX 4700	96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenți lichizi gata de lucru, să includă control normal și anormal, posibilitatea efectuării 1 probe, timp de incubare nu mai mult de 45 min. Compatibil cu STAT-FAX 4700	
4	33696500-0	Anti-HBs Ag	Anti-HBs Ag	Italia	Dia Pro	96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenți lichizi gata de lucru, să includă control normal și anormal, posibilitatea efectuării 1 probe. Compatibil cu STAT-FAX 4700	96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenți lichizi gata de lucru, să includă control normal și anormal, posibilitatea efectuării 1 probe. Compatibil cu STAT-FAX 4700	
5	33696500-0	Ag HDV SUMAR	Ag HDV SUMAR	Italia	Dia Pro	96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenți lichizi gata de lucru, să includă control normal și anormal, posibilitatea efectuării 1 probe. Compatibil cu STAT-FAX 4700	96 teste, cu 12 stripuri separate, reagenți lichizi gata de lucru, să includă control normal și anormal, posibilitatea efectuării 1 probe. Compatibil cu STAT-FAX 4700	
<b>Lotul 5. Specificații standard pentru investigațiile imunologice (probele reumatice)</b>								
1	33696500-0	CRP (Proteina C reactivă)	CRP (Proteina C reactivă)	MB	Lorne Lab	Sensibilitatea CRP-latex este calibrată la referință Material ERM-DA 472 / IFCC. 4. Sensibilitate analitică: 6 (5-10) mg / L.	Sensibilitatea CRP-latex este calibrată la referință Material ERM-DA 472 / IFCC. 4. Sensibilitate analitică: 6 (5-10) mg / L.	
2	33696500-0	RF (Reumatoid Factor)	RF (Reumatoid Factor)	MB	Lorne Lab	Hemoglobină ( $\leq 10$ g / L), bilirubină ( $\leq 20$ mg / dL) și lipaemie ( $\leq 10$ g / L) nu interferează. Sensibilitate analitică: 8 (6-16) UI / ml	Hemoglobină ( $\leq 10$ g / L), bilirubină ( $\leq 20$ mg / dL) și lipaemie ( $\leq 10$ g / L) nu interferează. Sensibilitate analitică: 8 (6-16) UI / ml	
3	33696500-0	ASO (Antistreptolizina)	ASO (Antistreptolizina)	MB	Lorne Lab	Sensibilitate analitică: 200 (50) UI / mL Sensibilitatea diagnosticului: 98%. 6. Specificitatea diagnosticului: 97%	Sensibilitate analitică: 200 (50) UI / mL Sensibilitatea diagnosticului: 98%. 6. Specificitatea diagnosticului: 97%	
<b>Specificații standard pentru investigații clinice generale și citologice</b>								
7	33696500-0	Vopsea Azur-Eozin Romanovski	Vopsea Azur-Eozin Romanovski	Rusia	Minimed	În ambalaj solicitat de 1 litru	În ambalaj solicitat de 1 litru	
8	33696500-0	Țoliclone anti A cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze	Țoliclone anti A cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze	Rusia	Mediclone	Cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze în flacon	Cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze în flacon	
9	33696500-0	Țoliclone anti AB cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze	Țoliclone anti AB cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze	Rusia	Mediclone	Cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze în flacon	Cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze în flacon	
10	33696500-0	Țoliclone anti B cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze	Țoliclone anti B cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze	Rusia	Mediclone	Cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze în flacon	Cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze în flacon	
11	33696500-0	Țoliclone anti D super (Ig M) cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze	Țoliclone anti D super (Ig M) cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze	Rusia	Mediclone	Cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze în flacon	Cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze în flacon	
12	33696500-0	Țoliclone anti D (Ig M+Ig G)	Țoliclone anti D (Ig M+Ig G)			Cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze în flacon	Cu pipetă dozator, de diferite serii, 100 doze în flacon	
<b>Consumabile și ustensile de laborator</b>								
13	33696500-0	Scarificator automat pentru colectarea sângelui din deget	Scarificator automat pentru colectarea sângelui din deget			Pentru colectarea sângelui din deget	Pentru colectarea sângelui din deget	
14	33696500-0	Eprubetă cu valvă (pentru coagulogramă) cu capac, etichetă 3 ml	Eprubetă cu valvă (pentru coagulogramă) cu capac, etichetă 3 ml			Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător	

**1. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile.

Semnat: Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor In calitate de: director  
 Ofertantul: „GBG-MLD”, SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 65, of.607