

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1759996559234					Data: 10/11/2025	Alternativa nr.: ____
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale Suplimentare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026						Pagina: ____ din ____
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
331000 00-1	2	Ac pentru acupunctură 0, 20x25mm	Ac pentru acupunctură 0, 20 x25mm	Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM0006364 30
331000 00-1	3	Ac pentru acupunctură 0, 25x40mm	Ac pentru acupunctură 0, 25 x40mm	Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM0006364 30
331000 00-1	4	Ac pentru acupunctură 0, 30x60mm	Ac pentru acupunctură 0, 30x 60mm	Ac pentru acupunctură 0,30x60mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM0006364 30
331000 00-1	18	Brățară de identificare pentru adulți	Brățară de identificare pentru adulți	Brățară de identificare pentru adulți (Codul produsului: GJ-6060B)	China	Jiangsu Goju Identification Technology Co.,Ltd	Brățară cu înveliș rezistent la încheieturi, rezistent la umiditate ridicată și rezistență la activitatea săpunurilor, dezinfectanților de mână și alte lichide. Confectionat din vinil moale, flexibil, delicat și ușor de pus. Prevăzut pentru inserția datelor de identificare a pacientului.	Brățară cu înveliș rezistent la încheieturi, rezistent la umiditate ridicată și rezistență la activitatea săpunurilor, dezinfectanților de mână și alte lichide. Confectionat din vinil moale, flexibil, delicat și ușor de pus. Prevăzut pentru inserția datelor de identificare a pacientului. TDS(pag 1) Facturare N.	CE
331000 00-1	31	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 100x50 cm	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 100x50 cm	Cearsaf absorbant 100x50cm (Codul produsului:103-013-T)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 100x50 cm	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 100x50 cm. Conform TDS. Facturare N1	DM0003975 61
331000 00-1	32	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x50 cm	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x50 cm	Cearsaf absorbant 80x50cm (Codul produsului:103-006-T)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x50 cm	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x50 cm. Conform TDS. Facturare N1	DM0003975 61
331000 00-1	33	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm	Cearsaf absorbant 80x70cm (Codul produsului:103-007-T)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm	Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm. Conform TDS. Facturare N1	DM0003975 61

331000 00-1	35	Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 50x35 cm	Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 50x35 cm	Cearsaf SMS 50x35cm (Codul produsului:103- 005-S)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 50x35 cm	Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 50x35 cm. Conform TDS. Facturare N1	DM0004609 79
331000 00-1	40	Emplastru 10cm x 5m	Emplastru 10cm x 5m	Emplastru Sanplast Citofix 10cm x 5m	Bulgaria	SOPHARMA AD	Emplastru adeziv hipoalergenic pentru piele sensibilă. Baza - textilul nețesut. Moale, respirabil și elastic. În rulou, dimensiuni: 10cm x 5m. Nesteril. Sanplast Citofix sau echivalent.	Emplastru adeziv hipoalergenic pentru piele sensibilă. Baza - textilul nețesut. Moale, respirabil și elastic. În rulou, dimensiuni: 10cm x 5m. Nesteril. Sanplast Citofix. Catalog (pag.35). Facturare N1.	DM0005001 32
331000 00-1	45	Extensie perfuzor	Extensie perfuzor	Prelungitor sisteme perfuzie transparent presiune inalta (Codul produsului:IT53EXT)	India	Nubeno Healthcare Pvt Ltd	Extensie perfuzor 150 cm pr. 4.5 bar, steril.	Extensie perfuzor 150 cm pr. 4.5 bar, steril. Conform TDS. Facturare N1	DM0008443 03
331000 00-1	49	Ghid metalic tip “Zebra” 0, 025; 0, 035	Ghid metalic tip “Zebra” 0, 025; 0, 035	Ghid metalic Zebra 0,025"x450cm, Ghid metalic Zebra 0,035"x450cm (Codul produsului:325 25 09 2; 325 35 09 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Confecționat din nitinol, cu markeri-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic ;lungimea totala nu mai mică de 460cm, pentru colangiografie endoscopică.	Confecționat din nitinol, cu markeri-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic ;lungimea totala nu mai mică de 460cm, pentru colangiografie endoscopică. Conform TDS. Facturare N1	CE
331000 00-1	66	Pastă protectoare pentru piele parastomală	Pastă protectoare pentru piele parastomală	Pasta hidrocoloid Zensetiv (Codul produsului:A2001)	Germania	OXMED INTERNATIO NAL GMBH	Pastă cu rol protector la nivelul pielii în cazul colostomiilor, ileostomiilor, urostomiilor și fistulelor. De asemenea, poate fi folosită pentru a umple spațiile cauzate de pliurile cutanate, leziuni sau alte denivelări tegumentare din jurul stomelor. Aplicarea pastei previne scurgerile și iritarea pielii. Echivalent cu produsul B-Braun Superfiller 60 g (Cod de referință F05008).	Pastă cu rol protector la nivelul pielii în cazul colostomiilor, ileostomiilor, urostomiilor și fistulelor. De asemenea, poate fi folosită pentru a umple spațiile cauzate de pliurile cutanate, leziuni sau alte denivelări tegumentare din jurul stomelor. Aplicarea pastei previne scurgerile și iritarea pielii. Echivalent cu produsul B-Braun Superfiller 60 g (Cod de referință F05008). Conform TDS. Facturare N1	DM0004150 46
331000 00-1	68	Plasturi sub forma de stripuri sterile Omnistrip	Plasturi sub forma de stripuri sterile Omnistrip	Hartmann Omnistrip Plasture pt inlocuirea suturilor chirurgicale 12 x 101mm (3x2) benzi (Codul produsului: 540685)	Germania	PAUL HARTMANN AG	Plasturi sub forma de stripuri sterile Omnistrip, pentru închiderea plăgii din material pe baza de poliamidă nețesută de culoarea pielii, acoperit cu un strat de adeziv poliacticlic hipoalergenic permeabil la aer și vapori de apa. Steril. 12mm x 101mm. 2x3st.	Plasturi sub forma de stripuri sterile Omnistrip, pentru închiderea plăgii din material pe baza de poliamidă nețesută de culoarea pielii, acoperit cu un strat de adeziv poliacticlic hipoalergenic permeabil la aer și vapori de apa. Steril. 12mm x 101mm. 2x3st. TDS(pag. 1-4) Facturare 50 plicuri a cate 2 fâșii (3 stripuri pe fâșie).	DM0003504 45
331000 00-1	88	Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil	Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil	Set chirurgical lat ORL 2 operatii (Codul produsului:300-001-S.1)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1. CÂMP STERIL CU BORD ADEZIV 180x190 cm (+/-10cm), GAURA(7x45cm) -2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 2 buc. 3. șervetele absorbante (20x20cm) - 10 buc. 4.CEARSF COMBINAT PENTRU MASA DE INSTRUMENTE 140x80 cm(+/-10cm)(MAYO)-1 BUC- IMPERMEABIL, ABSORBANT, ZONA ABSORBANTA MINIM 65x85 cm(+/- 5 cm).PICTOGRAMA PENTRU GHIDARE.	1. CÂMP STERIL CU BORD ADEZIV 180x190 cm (+/-10cm), GAURA(7x45cm) -2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 2 buc. 3. șervetele absorbante (20x20cm) - 10 buc. 4.CEARSF COMBINAT PENTRU MASA DE INSTRUMENTE 140x80 cm(+/-10cm)(MAYO)-1 BUC- IMPERMEABIL, ABSORBANT, ZONA ABSORBANTA MINIM 65x85 cm(+/- 5 cm).PICTOGRAMA PENTRU GHIDARE. Conform TDS. Facturare N1	DM0003975 52
331000 00-1	89	Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil	Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil	Set chirurgical lat ORL 5 operatii (Codul produsului:300-001)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1.CÂMP STERIL CU BORD ADEZIV 180x190cm (+/-10cm), GAURA(7x45cm) -5 BUC. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. șervetele absorbante (20x20cm) - 20 buc. 4. cearșaf combinat pentru masă de instrumente 140x80cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona absorbantă minim 65x85cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.	1.CÂMP STERIL CU BORD ADEZIV 180x190cm (+/-10cm), GAURA(7x45cm) -5 BUC. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. șervetele absorbante (20x20cm) - 20 buc. 4. cearșaf combinat pentru masă de instrumente 140x80cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona absorbantă minim 65x85cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare. Conform TDS. Facturare N1	DM0003975 53

331000 00-1	90	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovascular e majore (003312)	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore (003312)	Set chirurgical endovascular majore (Codul produsului:230- 005)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 150x70cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție - minim 3g/dm2; pentru amplasarea ghidului metalic; cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipesc în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața. a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcn grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilenă minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2, 0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre - SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7, 5 – 2 perechi; N8, 0 – 1 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilenă, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta "risc biologic". 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilenă, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilenă, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilenă, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare”, rezistență la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0, 035°, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc.: Ac seringă 18G. 23. 2 buc.: Ac Seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G. 25. 1 buc.: Ac seringă 22G. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 29. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 30. 1 buc.: Bol pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.	Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 150x70cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 150x70cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2; pentru amplasarea ghidului metalic; cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipesc în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața. a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcn grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilenă minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2, 0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre – SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7, 5 – 2 perechi; N8, 0 – 1 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilenă, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta "risc biologic". 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilenă, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilenă, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilenă, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare”, rezistență la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0, 035°, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc.: Ac seringă 18G. 23. 2 buc.: Ac Seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G. 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2. Conform TDS. Facturare N1	DM0008107 15
----------------	----	--	---	--	--------	---	---	-----------------

331000 00-1	92	Set pentru anestezia epidurală	Set pentru anestezia epidurală	Set anestezie epidurala (Codul produsului:N640123)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMEN TS CO., LTD	Set pentru anestezia epidurală. 1) Ac tip Tuohy, mărimea 18 G, 8 cm, marcat la fiecare 10 mm. 2) 1 cateter mărime 18-19 G, lungime 90- 100 mm, radioopac. 3) Adaptor Tuohy Borst (TBA) sau conector pentru fixarea cateterului 4) Filtru hidrofilic, antibacterian 5) Seringă de plastic LOR (Loos of rezistance) 10-20 cm, sterilă.	Set pentru anestezia epidurală. 1) Ac tip Tuohy, mărimea 18 G, 8 cm, marcat la fiecare 10 mm. 2) 1 cateter mărime 18-19 G, lungime 90- 100 mm, radioopac. 3) Adaptor Tuohy Borst (TBA) sau conector pentru fixarea cateterului 4) Filtru hidrofilic, antibacterian 5) Seringă de plastic LOR (Loos of rezistance) 10-20 cm, sterilă. Conform TDS. Facturare N1	DM0003805 23
331000 00-1	100	Sisteme stomice cu pungă de evacuare	Sisteme stomice cu pungă de evacuare	Sistem stomic deschis cu clama (Codul produsului:50214C)	China	ZHEJIANG AILEBAO MEDICAL TECHNOLOG Y CO., LTD.	Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa de la 10 mm până la 70mm. Volum minim 600 ml - filtrul de carbon laminat (minim 60 mm), integrat ce evită riscul ca Pungă să se „baloneze”, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material neșesut - hipoalergic, moale, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș, clamă sigură din polipropilen, lungime minimala de 7, 0 cm, înălțimea utilă – minim 1, 0 cm.	Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa de la 10 mm până la 70mm. Volum minim 600 ml - filtrul de carbon laminat (minim 60 mm), integrat ce evită riscul ca Pungă să se „baloneze”, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material neșesut - hipoalergic, moale, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș, clamă sigură din polipropilen, lungime minimala de 7, 0 cm, înălțimea utilă – minim 1, 0 cm. Conform TDS. Facturare N20	DM0003737 19
331000 00-1	112	Spray pentru îndepărtarea adezivului	Spray pentru îndepărtarea adezivului	Spray p/u indepartarea adezivului Zensetiv (Codul produsului:ZSA2011)	Germania	OXMED INTERNATIO NAL GMBH	Spray pentru reducerea durerii și facilitarea îndepărtării de la suprafața pielii parastomale a rezidurilor lăsate de produse de îngrijire a stomei sau diferitor pansamente. Pe bază de silicon, fără alcool. Se evaporă rapid, fără a îngreuna aplicarea noului pansament. Echivalent produsului B-Braun Adhesive Remover 50 ml Aerosol G (Cod de referință 1005-1).	Spray pentru reducerea durerii și facilitarea îndepărtării de la suprafața pielii parastomale a rezidurilor lăsate de produse de îngrijire a stomei sau diferitor pansamente. Pe bază de silicon, fără alcool. Se evaporă rapid, fără a îngreuna aplicarea noului pansament. Echivalent produsului B-Braun Adhesive Remover 50 ml Aerosol G (Cod de referință 1005-1). Conform TDS. Facturare N1	DM0004151 66
		Semnat:		Numele, Prenumele: Grigore Moraru		În calitate de: Administrator			
		Ofertantul: Dita EstFarm SRL		Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23					