

**Specificații tehnice**

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
<b>Numărul licitației:</b>			ocds-b3wdp1-MD-1770979379276				Data: „06” aprilie 2026		Alternativa nr.:
<b>Denumirea licitației:</b>			Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA I						Pagina: __din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33100000-1	12	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	Smile MINI.04, Chirana	Slovacia	Chirana	"Unitate stomatologică (caracteristici de baza) Cod 120110 Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic Parametrul Specificația Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120°pină la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborire ≥ 30cm Greutate maximă ""≥ 180kg ≥ 150kg"" Comandă pedală Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere Scaun medic	"Unitate stomatologică (caracteristici de baza) Cod 120110 Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic Parametrul Specificația Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120°pină la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborire ≥ 30cm Greutate maximă 180kg ≥ 150kg"" Comandă pedală	

						<p>Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică</p> <p>Sarcina maximă ≥ 150kg</p> <p>Înălțime reglabilă</p> <p>Suport spate reglabil</p> <p>Suport picior obligatoriu</p> <p>Masa dentistului</p> <p>Turbină obligatoriu</p> <p>Seringă cu 3 căi apă, aer, spray</p> <p>virf angulat 90°, detașabil</p> <p>Scaler cu minim 6 virfuri cu iluminare LED obligatoriu</p> <p>Micromotor electric obligatoriu</p> <p>Piesă contraughi obligatoriu</p> <p>Braț asistentă</p> <p>Aspirator de salivă 2 furtunuri</p> <p>Filtru pentru impuritati la aspiratoare obligatoriu</p> <p>Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului obligatoriu</p> <p>Bloc hidraulic ""Bol din ceramică sau sticlă detașabil"" obligatoriu</p> <p>Clătitor obligatoriu</p> <p>Filtru pentru impurități obligatoriu</p> <p>Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu</p> <p>Turbină dentară</p> <p>Sistem buton la schimbul borului obligatoriu</p>	<p>Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică</p> <p>Programe de poziționare 4</p> <p>Accesorii cotiere</p> <p>Scaun medic</p> <p>Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică</p> <p>Sarcina maximă ≥ 150kg</p> <p>Înălțime reglabilă</p> <p>Suport spate reglabil</p> <p>Suport picior obligatoriu</p> <p>Masa dentistului</p> <p>Turbină obligatoriu</p> <p>Seringă cu 3 căi apă, aer, spray</p> <p>virf angulat 90°, detașabil</p> <p>Scaler cu minim 6 virfuri cu iluminare LED obligatoriu</p> <p>Micromotor electric obligatoriu</p> <p>Piesă contraughi obligatoriu</p> <p>Braț asistentă</p> <p>Aspirator de salivă 2 furtunuri</p> <p>Filtru pentru impuritati la aspiratoare obligatoriu</p> <p>Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar</p> <p>Sursa de lumină LED</p> <p>Răcire apă/aer minim 3 orificii separate</p> <p>Rotații <math>\geq 300000</math> rot/min</p> <p>Piesă contraunghi</p> <p>Rotații <math>\geq 40000</math> rot/min</p> <p>Adaptabilă la micromotor obligatoriu</p> <p>Autoclavabilă obligatoriu</p> <p>Schimbarea frezei buton</p> <p>Răcire apă/aer minim 3 orificii separate</p> <p>Sursa de lumină</p> <p>Poziții 2 <math>\geq 4000</math> Lux de la 30 000 Lux</p> <p>conectarea / deconectarea prin senzor</p> <p>Axa de rotație <math>\geq 3</math></p> <p>Unghi de iluminare reglabilă</p> <p>Înălțime reglabilă</p> <p>Tip lumină alb/rece</p> <p>Detartor (scaler) 5</p> <p>virfuri cu iluminare LED obligatoriu</p> <p>Miner detașabil, autoclavabil obligatoriu</p> <p>Frecvența de lucru 25 pînă la 31 KHz</p> <p>Intensitate reglabilă</p> <p>Tip virfuri <math>\geq 4</math></p> <p>Compresor Fără ulei obligatoriu</p>	<p>obligatoriu</p> <p>Bloc hidraulic</p> <p>Bol din ceramică sau sticlă detașabil</p> <p>obligatoriu</p> <p>Clătitor obligatoriu</p> <p>Filtru pentru impurități obligatoriu</p> <p>Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu</p> <p>Turbină dentară</p> <p>Sistem buton la schimbul borului obligatoriu</p> <p>Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar</p> <p>Sursa de lumină LED</p> <p>Răcire apă/aer minim 3 orificii separate</p> <p>Rotații <math>\geq 300000</math> rot/min</p> <p>Piesă contraunghi</p> <p>Rotații <math>\geq 40000</math> rot/min</p> <p>Adaptabilă la micromotor obligatoriu</p> <p>Autoclavabilă obligatoriu</p> <p>Schimbarea frezei buton</p> <p>Răcire apă/aer minim 3 orificii separate</p> <p>Sursa de lumină</p> <p>Poziții 2 <math>\geq 4000</math> Lux</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

						Putere $\geq 1,5\text{kW}$ Revenirea automată la poziția inițială obligatoriu Control multifuncțional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecvența 50-60 Hz "	de la 30 000 Lux "conectarea / deconectarea prin senzor" Axa de rotație $\geq 3$ Unghi de iluminare reglabilă Înălțime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartor (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Miner detașabil, autoclavabil obligatoriu Frecvența de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate reglabilă Tip vîrfuri $\geq 4$ Compresor Fără ulei obligatoriu Putere 550w Revenirea automată la poziția inițială obligatoriu Control multifuncțional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecvența 50-60 Hz "
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnatura: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele Sergiu Popa In calitate de: Administrator

Ofertantul: Unident-AS SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocilor, 1