

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21074465/ ocde-b3wdp1-MD-1677155315209 din 27.02.2023
Obiectul de achiziție: Servicii de mentenanță a analizatorului automat Selectra Pro XL (tip închis) pentru anul 2023

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1						
Kit pentru mentenanță anuală a analizatorului Selectra Pro XL	Maintenance kit Yearly XL-Series, 6003-477	Olanda	Vital, Elietch Group B.V.	Componenta setului : 1 BEARING, BALL 8 X 16 X 5 MM /Rulment unit 2 2 BEARING, BALL 7 X 14 X 5 MM/ Rulment unit 2 3 DRIVINGBELT MIXER / Garnitura din cauciuc unit 8 4 WATER FILTER/ Filtru pentru apa unit 2 5 SYRINGE LONG LIFE 100 uL/ Seringa de dozare unit 2 6 SYRINGE LONG LIFE 1 ML/ /Seringa de dozare unit 2 7 DUST FILTER/ Flitru unit 2 8 LAMP, CLEAR QUARTZ 12V/20W/ Lampa unit 2 9 SERVICE KIT WATER/ COOLING PUMP / Garnituri din cauciuc pu pompa de racire si pompa de apa unit 3 10 FILTER BLOCK ASSY / Flitru pu rotor de reactie unit 8 11 TUBE ASSY SAMPLE /Tub din teflon pu ser unit 2 12 TUBE ASSY REAGENT / Tub din teflon pu reagent unit 2 13 MEMBRANE KIT EPDM / Garnituri din cauciuc pu pompa de vacuum unit 2	Componenta setului : 1 BEARING, BALL 8 X 16 X 5 MM /Rulment unit 2 2 BEARING, BALL 7 X 14 X 5 MM/ Rulment unit 2 3 DRIVINGBELT MIXER / Garnitura din cauciuc unit 8 4 WATER FILTER/ Filtru pentru apa unit 2 5 SYRINGE LONG LIFE 100 uL/ Seringa de dozare unit 2 6 SYRINGE LONG LIFE 1 ML/ /Seringa de dozare unit 2 7 DUST FILTER/ Flitru unit 2 8 LAMP, CLEAR QUARTZ 12V/20W/ Lampa unit 2 9 SERVICE KIT WATER/ COOLING PUMP / Garnituri din cauciuc pu pompa de racire si pompa de apa unit 3 10 FILTER BLOCK ASSY / Flitru pu rotor de reactie unit 8 11 TUBE ASSY SAMPLE /Tub din teflon pu ser unit 2 12 TUBE ASSY REAGENT / Tub din teflon pu reagent unit 2 13 MEMBRANE KIT EPDM / Garnituri din cauciuc pu pompa de vacuum unit 2	ISO
Lot 2						

Piesa de schimb Bearing, Ball 2.5x6x2.6mm	3053-037	Olanda	Vital, Elietch Group B.V.	Rulment pentru ac pipetor compatibil cu analizatorul Automat Selectra ProXL	Bearing, Ball 2.5x6x2.6mm /Rulment pentru ac pipetor compatibil cu analizatorul Automat Selectra ProXL	ISO
Lot 3						
Piesa de schimb Needle Unit	6002-939	Olanda	Vital, Elietch Group B.V.	Ac pipetor cu element de incalzire încorporat cu analizatorul Automat Selectra ProXL	Needle Unit/Ac pipetor cu element de incalzire încorporat compatibil cu analizatorul Automat Selectra ProXL	ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul:”GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2