

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21013726						din 04.11.2019		
Denumirea licitației: Sondă convexă necesitatilor IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana						Conform	Lot: conform listei solicitate	Alternativa nr. Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33696500-0		Lotul 1						
		Diagnostic Ultrasound Transducer	TC375TB	Taiwan	Broadsound Corporation	Diapazon frecventa 1.5- 6.0 Mhz Frecventa de baza 3,5 Mhz Unghiul de vizualizare 700 Multifrecventa: 1,9;3,0;3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Multifrecventa in armonici tisulare 3.0, 4.0, 5.0, 6,0 Frecventa in armonici tisulare diferentiale 5.0 Compatibil cu ADF si shear vawe mode	Tip Array: Convex Frecvență nominală: 3-6MHz Frecventa de baza 3,5 Mhz Unghiul sectorului / câmpul de vedere: 70 grade Mod de aplicare: Aplicați ansamblul traductorului pe suprafața corpului Aplicație: abdominală, Ob / Gyn. Cap de scanare: 115 mm (lungime) * 75 mm (lățime) * 25 mm (înălțime) Cablu: aproximativ 2 metri (lungime) * 8 mm (diametru) Conector: 150 mm (lungime) * 120 mm (lățime) * 53 mm (înălțime) Greutatea sondei: 1,1 kg Compatibilitate Ansamblul de transductor cu ultrasunete Broadsound TC375TB este în mod substanțial echivalent cu ansamblul traductor Toshiba PVT- 375BT dispozitiv predicat. Ambele sunt similare între ele în ceea ce privește caracteristicile și parametrii de utilizare; De asemenea, sunt utilizate pe aceleași sisteme de ultrasunete de diagnostic, cum ar fi Toshiba Aplio 300/400/500, SSA-660A / 680A (Xario / Xario XG / XG 790), SSA-700A / 770A / 780A / 790A.	CE
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23