

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21086214 din 28.08.2023

Obiectul de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPs beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 34						
Manseta pentru perfuzii	43.018.00.013	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Manseta pentru perfuzii Parametrul Specificația Descriere: Manșeta de perfuzie sub presiune se utilizează atât pentru punzi de perfuzii și transfuzii cât și pentru cele la urgențe, terapii intensive și în bloc operator. Tip pacient Adult Manșeta infuzii 500 mL Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mmHg Eroarea nu mai mare de 3 mmHg Caracterisitici tehnice Suport pentru fixare pe stativ pompă integrată din cauciuc manșetă manometru și manșeta separate tub aer din cauciuc	Manseta pentru perfuzii Tip pacient Adult Manșeta infuzii 500 mL lotul 34 p 1, 2, 3 Parametri tehnici limite de măsurare 0-400 (pina la 700) mmHg lotul 34 p.3 Caracterisitici tehnice Suport pentru fixare pe stativ lotul 34 p3 geanta: nailon lotul 34 p.2 cuier: ABS lotul 34 p.2 tub: PVC lotul 34 p. 2 manometru aneroid: ABS lotul 34 p.2 supapă: PVC lotul 34 p.2 supapă inferioară: PVC lotul 34 p.2 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE atașați documente pentru înregistrare în AMDM	CE
Total lot 34						
Lotul 54						
Alcotest	6820 MED	Germania	DRÄGER SAFETY AG & CO. KGAA	Descriere Dispozitiv portabil destinat depistării alcoolului în aerul expirat de la pacient Parametru Specificație Depistare alcool senzor electrochimic Monitorizarea datelor pe monitor LCD sau afisor LED Unitatea de măsură mg/L Domeniul de măsurare 0 - 2,5 mg/L Pasul de măsurare 0,01 Eroarea admisibilă ≤ 10% Prelevare probă posibilitatea de prelevare a probei cu muștiuc și fără depistare automat la atingerea unui volum minim de aer expirat prelevarea pasivă la acționarea butonului Memorie investigație ≥ 2000 Alarmer acustică, vizuală Pornirea dispozitivului ≤ 20s. Afișare rezultate ≤ 30s. Alimentare acumulator intern sau baterii reîncărcabile indicator a nivelului de încărcare a acumulatorului autonomie de la acumulator min. 500 investigații deconectarea automată în caz de neutilizare încărcător de la 220V, 50Hz Temperatura de lucru -5 ... +50°C Umiditatea 10 - 100%, fără condens Carcasa rezistent la șocuri, căderi	Alcotest cu imprimantă portabilă LOTUL 54 p1 Dispozitiv portabil destinat pentru depistării alcoolului în aerul expirat de la pacient LOTUL 54 p34 Depistare alcool cu suport senzor electrochimic LOTUL 54 p34, LOTUL 54 datasheet p6 Monitorizarea datelor pe monitor LCD LOTUL 54 p22, LOTUL 54 datasheet p1 Unitatea de măsură mg/L LOTUL 54 p34 Domeniul de măsurare (diapazonul) 0 - 2,5 mg/L LOTUL 54 p34 Pasul de măsurare 0,01 mg/L LOTUL 54 p28 Eroarea admisibilă 1.7 % LOTUL 54 p34 Sunt posibilitatea de prelevare a probei cu muștiuc și fără muștiuc LOTUL 54 p28,29 Sunt depistare automat la atingerea unui volum minim de aer expirat LOTUL 54 p29 Sunt prelevare pasivă la acționarea butonului LOTUL 54 p29 Memorie investigație pînă la 2000 încercări LOTUL 54 p1, LOTUL 54 datasheet p6 Sunt alarme vizuală LOTUL 54 datasheet p1 Pornirea dispozitivului în termen 2 secunde LOTUL 54 p27 Afișare rezultate depinde de la nivel alcoolului în aer expirat de la 2 pînă 25 secunde LOTUL 54 p28 Alimentare cu suport baterii reîncărcabile(2 buc.) LOTUL 54 p35 Este indicator a nivelului de încărcare a baterii reîncărcabile pe ecran LOTUL 54 datasheet p6 Autonomie de la baterii reîncărcabile(2 buc.) pînă la 1500 investigații LOTUL 54 p33 Este deconectarea automată în caz de neutilizare în termen 2 minute LOTUL 54 p32 Încărcător de la 220V, 50Hz este inclus în set LOTUL 54 datasheet p6 Alcotest funcționează în diapazon temperaturii de la pînă la +50°C si umiditatea de la 10 pînă la 100%, fără condensatie apei LOTUL 54 p34 Carcasa (boxa dura) pentru alcotest și printer mobil rezistent la șocuri și căderi pentru pastrarea și transportarea LOTUL 54 foto	CE
				Accesorii Geantă geantă pentru transportare și depozitare. Să fie dotat cu buzunare, spațiu pentru dispozitiv, imprimantă, muștiuri și accesorii Imprimantă incorporată incorporată sau aparte portabilă transmiterea datelor în cazul imprimantei portabile prin: WiFi, bluetooth, infraroșu tip imprimare: termică cu autonomie: acumulator încorporat hîrtie termică ≥ 15 buc. Muștiuc sterile ambalat individual ≥ 300 buc.	Boxa dura pentru transportare și depozitare cu spațiu pentru dispozitiv, imprimantă, 3 muștiuri și 2 role de hîrtie termică LOTUL 54 foto Imprimantă portabilă, transmiterea datelor în cazul imprimantei portabile prin raze infraroșu LOTUL 54 datasheet printer mobile p01 Tip imprimare: termică cu autonomie: Alimentare cu suport baterii reîncărcabile(4 buc) LOTUL 54 datasheet printer mobile p01, 05 Hîrtie termică - 15 buc LOTUL 54 datasheet printer mobile p03 Muștiuc steril ambalat individual - 300 buc LOTUL 54 p22 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000323235	
Total lot 54						

Lotul 59						
Lampa recircularea	NON-OZONE, 250	Moldova	LABROMED LABORATOR SRL	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare Descrierea Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăperea prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili Specificație Volum efectiv de prelucrare 250 m3/oră, ±50 m3/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) sau tehnologie similară Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1 Consum de energie ≤ 1200 W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare - pag 3 .Pasaportului. Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăperea prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili pag 2 .Pasaportului. Volum efectiv de prelucrare 250 m3/oră, pag 3 .Pasaportului. Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme- fragmentarea ARN si ADN cu suport fotonii UVC 253.7 nm. Pag. 3 MANUAL DE UTILIZARE Locul distrugerii microorganismelor în canal oglinda in interiorul dispozitivului. Pag.6,7 MANUAL DE UTILIZARE Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) , unda 253.7 nm.Pag. 2 MANUAL DE UTILIZARE Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV 9000 ore cu contor de evidenta a orelor de lucru de functionare.pag 2.Pasaportului. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical - da, pag.2 Pasaportului Fără restricții da, pag.2 Pasaportului. Fără emisie de ozon sau a produselor secundare pag. 2 MANUAL DE UTILIZARE Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil pag 2.Pasaportului. Nivelul maximal de zgomot 56 dB pag 3.Pasaportului. Număr ventilatoare pentru recirculare aer - 1 buc. pag 6. MANUAL DE UTILIZARE Consum de energie 500 W/oră pag 3 .Pasaportului. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz pag 2.Pasaportului. Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan pag .2 Pasaportului. REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000367363 din 15.08.2022.	CE
Total lot 59						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**