

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

IMSP Centrul de Sănătate Sângerei
27 decembrie 2024
Tartacovschi Eleonora, Tel.: 026222662, cs.singerei@ms.md
ocds-b3wdp1-MD-1734609938825 din 27.12.2024

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	33600000-6	Eprubete din plastic cu granule + clotactivator 6 ml, 10x100 mm	22626	Italia	FL Medical	Pe etichetă să fie indicate: data, test, numele, lot, valabilitatea. Prezentarea mostrelor la operatorul câștigător în 5 zile de la momentul luării deciziei este obligatorie la cerere.	Eprubeta, 12x86mm, Granule și Activator Coagulare, 6.0 ml sange, PP / DM000373317	ISO, CE Marca
10	33600000-6	Hârtie pentru electrocardiograf EDAN-SE-3 80*20/12	26248/ T5R08020E1 2R0000	Ucraina	Solar	Hârtie pentru electrocardiograf EDAN-SE-3 80*20/12	Hartie ECG, rola 80x20x12 ext., Innomed Heart Sren 80G, Mindray BeneHeart R3, Smart SE3, Edan SE-3, Contec/ Carewell ECG1103GW DM000377629	ISO, CE Marca
11	33600000-6	Hârtie pentru electrocardiograf EDANSE601B 110*140*200	26256/ T5Z1101402 00RM0	Ucraina	Solar	Hârtie pentru electrocardiograf EDANSE601B 110*140*200	Hartie ECG, top 110x140x200 file, Edan SE-601 DM000377962	ISO, CE Marca
12	33600000-6	Hârtie glazurată p/u fotografii USG Super ULSTAR-1100 UG Durico	26308/ V8R11018E1 2000HG	Ucraina	TVEL	Hârtie glazurată p/u fotografii USG Super ULSTAR-1100 UG Durico	Hartie videoprint, compatibila SONY UPP110HG, rola 110mm x 18m DM000378233	ISO, CE Marca
13	33600000-6	Hîrtie pentru electrocardiograf MAC600 80*90*25	26313/ T7Z0800902 50RM0	Ucraina	Solar	Hîrtie pentru electrocardiograf MAC600 80*90*25	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 80x90x250 file, cu repre/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 80mm, inclusiv: Hellige Contrast, MAC 400/600 DM000377912	ISO, CE Marca
15	33600000-6	Turbină cu muștuc de unică folosință pentru Spirometru Spirolab	910004	Italia	MIR	Turbină cu muștuc de unică folosință pentru Spirometru Spirolab	Turbina de unica folosinta, cu piesa bucala adulți (muștuc), precalibrata FlowMIR: Diametru interior – 30.5mm Diametru exterior – 33.3mm Lungime – 41.5mm De unică folosință DM000677535	ISO, CE Marca
16	33600000-6	Hîrtie pentru Spirometru Spirolab 112*45 mm THERMAL PAPER	26230/ T5R11225E1 2R0000	Ucraina	Solar	Hîrtie pentru Spirometru Spirolab 112*45 mm THERMAL PAPER	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 112x25x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 112mm, inclusiv: BTL-08 Spiro Pro, BTL-08 MD, MT Plus ECG, Innomed HeartScreen 112D, Aspel Ascard A4/B56 DM000377707	ISO, CE Marca

Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu