

Specificații tehnice (F4.1)

din 10.04.2020

Numărul licitației: 21021482						Alternativa nr.	
Denumirea licitației: Consumabile angiografice 2020 Conform necesitatilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta						Lot: conform listei solicitate	
Conform necesitatilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta						Pagina 1 din 1	
Valuta, lei MDL							
Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 16						
33111730-7	ANGIOGRAPHIC SYRINGE	42.16.10003 42.16.10000	China	SCW MEDICATH LTD	Rezistenta la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate inalta, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspiratiei si scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminarii, conectare la toate standardele Luer posibile.	1.Curățarea corpului Oferă clarificări excelente 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad	CE
	Total lot 16						
	Lotul 19						
33111730-7	High Pressure Tubing	42.02.20005	China	SCW MEDICATH LTD	Transparent, lungime 200 cm, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil.	TUB DE INECȚIE DE înaltă presiune (1200PSI) TUB DE INECȚIE DE 1200 PSI Caracteristică sau avantaj: Protejează împotriva infecțiilor microbiologice ganoid; imberb design succint Ușurință în utilizare Rezistent la presiune mare Funcționare ușoară Cooperăți cu drogurile Bloc Luer de 180 cm la rotator mascul	CE
	Total lot 19						
	Lotul 20						
33111730-7	BALLOON INFLATION DEVICES + Hemostasis Valve Sets	42.04.40006 + 42.03.10003	China	SCW MEDICATH LTD	Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	42.04.40006 1. citire corectă, inflație fiabilă și deflație. 2. Manerul de design umanizat modernizat facilitează funcționarea medicului. 3. Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație. Volumul (ml) 30 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) Prevazut cu Y valva cu doua conectoare manometru până la 30atm 42.03.10003 Împingeți conectorul Y cu o linie de extensie de 45 cm și cu un blocator	CE
	Total lot 20						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23