

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21072931 din 15.02.23
Obiectul achiziției: consumabile de laborator

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
	Bunuri						
	Vesela pentru laborator						
33696500-0	1.1 Eprubete PCR	664102	China	Boen	Vezi AP	Eprubete PCR. Tip Ependorf , pentru extragerea ARN/ADN, sterile, sigilate, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, rezistente la temperatura de +95C° până la -80 C° , transparente, incolore, cu suprafața internă șlefuită, capac plat cu urechiușă mare și elastic, declratie de conformitate. 1,5 ml	ISO, CE
	Vesela pentru laborator						
33696500-0	2.1 Eprubete PCR	981005	Germania	Qiagen	Vezi AP	Eprubete PCR Tip Ependorf, sterile, sigilate, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu pereți subțiri, incolore, transparente, pentru PCR, capac plat, rezistente la temperaturi înalte +95C p/u Rotor Gene Q, declratie de conformitate. 0,2ml	ISO, CE
	Vesela pentru laborator						
33696500-0	3.1 Eprubete PCR	981103	Germania	Qiagen	Vezi AP	Tip Ependorf, sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de DN-aze și RN-aze ARN/ADN, Pyrogen -free, cu pereți subțiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, pentru PCR, cu capace, rezistente la temperaturi înalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, cite 4 bucăți în strip, p/u Rotor Gene Q – rotor de 72 locuri, declratie de conformitate. 0,1ml	ISO,CE
	Vesela pentru laborator						
33696500-0	5.1 Eprubete	5902	Italia	Aptaca	Vezi AP	Eprubete pentru analizatorul Hitachi 902	ISO,CE
	Vesela pentru laborator						
33696500-0	8.1 Eprubete din sticla		Rusia	Minimed	Vezi AP	Eprubete conice din sticla, gradate, de 10ml	ISO
	Vesela pentru laborator						
33140000-3	9.1 Virfuri 200μl	640102	China	Boen	Vezi AP	Virfuri din plastic de 200μl, pentru pipete automate Lenpipet	ISO,CE
	Vesela pentru laborator						
33140000-3	11.1 Sonde	110502	China	Boen	Vezi AP	Sonde pentru recoltarea materialului biologic din uretra la barbati. Sterile, ambalate cite una.	ISO,CE
	Vesela pentru laborator						
33140000-3	12.1 Perii „Cervex-Brush,,	29737	Italia	Gima	Vezi AP	Recotarea din colul uterin pentru citologia conventionala Papanicolau, ambalate cite 1.	ISO,CE

	Vesela pentru laborator						
33140000-3	13.1 Perii „Cervex-Brush,, combi	110206	China	Boen	Vezi AP	Recotarea din colul uterin pentru citologie, ambalate cite 1.	ISO,CE
	Vesela pentru laborator						
33696500-0	14.1 Lame	7105	China	Boen	Vezi AP	Lame cu banda alba p/u marcaj cu creon simplu, grosimea 0,9 mm-1mm, 76x26	ISO,CE
	Vesela pentru laborator						
33140000-3	18.1 Lamele	620810	China	Boen	Vezi AP	Lamele pentru acoperire 24x50mm	ISO,CE
	Vesela pentru laborator						
33140000-3	19.1 Bastonase din sticla		Rusia	Minimed	Vezi AP	Material - sticla	ISO
	Vesela pentru laborator						
33696500-0	22.1 Recipiente	8020	Italia	Aptaca	Vezi AP	Recipiente pentru deseuri ascutatoare,2l.	ISO,CE
	Reagenți pentru biochimia						
33696500-0	42.1 Eozin metilen albastru (fixator Leisman)		Rusia	Minimed	Vezi AP	Eozin metilen albastru (fixator Leisman), ambalat 1 l	ISO
	Reagenți pentru biochimia						
33696500-0	46.1 Ulei de imersie		Rusia	Minimed	Vezi AP	ulei de imersie ambalat cite 100ml	ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2