

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713453520408 / 21217615							Data: 23/04/2024	Alternative nu sunt
Obiectul achiziției: Mentenanța dispozitivelor medicale conform necesităților pentru anul 2024 REPETAT							Lot: 5	Pagina 1
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință.
1		2	3	4	5	6	7	8
50421000-4	5	Lot 5. Sistem de diagnostic radiologic (GXR-SD, DRGEM)	Service pentru Sistem de diagnostic radiologic GXR-SD	Republica Moldova	SC Imunotehnomed SRL	Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: —Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cit și cele de program; —Calibrarea dispozitivului; —Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; —Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: DRGEM Model : GXR-SD Numărul de servicii per an- 3 ori	Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua conform solicitării.	N/A

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova