

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21027141 ocds-b3wdp1-MD-1597078373667 din 14-19.08.2020						
Denumirea procedurii de achiziție: costuri mici, truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară (PCR) și ELISA						
<i>Denumirea bunurilor</i>	<i>Modelul articolului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Produ- cătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
2	3	4	5	6	7	8
Truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculara (PCR) si ELISA						
Lot 1						
Helicobacter pylori Antigen	HPAG.CE,Helicobacter Pylory Antigen in stools 2-48 teste	Italia	DiaPro	vezi caietul de sarcini	Marcaj: CE pentru utilizare in vitro diagnostic. Metoda de determinare: Tip reacție – imunoenzimatică, detectarea calitativă a antigenului Helicobacter pylori în mase fecale, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacția de testare - până la 140 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 2*48 godeuri 2*(6 stripuri a câte 8 godeuri demonabile)) Reactivi pentru 2*48 investigații inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai puțin de 98 %, specificitate diagnostica nu mai puțin de 95 %	
Lot 5						
PCR test-sistemă completă pentru determinarea genelor de rezistență KPC, NDM, MBL, OXA-48 la Enterobacteriaceae în regim real time	R-C1(RG,CFX) + R- C2(RG,CFX)+102-22, АмплиСенс® MDR KPC/OXA- 48-FL, MDR MBL-FL	Rusia	ЦНИИ Эпидеми ологии	vezi caietul de sarcini	Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detectie în timp real.	ISO
Lot 6						
PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time	R-C1(RG,CFX),АмплиСенс® MDR MBL-FL + 102-22	Rusia	ЦНИИ Эпидеми ологии	vezi caietul de sarcini	PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time	ISO

Semnat: Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor In calitate de: director general

Ofertantul: „GBG-MLD,, SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 65, of.607