

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Cererea Ofertelor de Preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1642946991673 din 07.02.2022							
Obiectul de achiziției: Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și consumabile medicale pentru anul 2022							
Denumirea bunurilor		Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri:							
	Lotul 13. Test pentru sterilizare 180/60						
33100000-1	Test pentru sterilizare 180/60		Federația Rusă	Marker	180/60,aer uscat,N1000	180/60,aer uscat,N1000, clasa IV	Certificat de calitate
	Lotul 18.Teste pentru masurarea nivelului de glicemie in singe compatibile cu glucometru model Viva Cec						
33100000-1	Teste pentru masurarea nivelului de glicemie in singe compatibile cu glucometru model Viva Cec sau teste pentru măsurarea nivelului de glicemie în singe însoțite de glucomentru – 2 buc (oferite gratuit în folosință) Cerințe față de glucometru: 1.1 Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului trebuie sa fie compatibile; 1.2 Dispozitiv portabil; 1.3 Ecran LCD; 1.4 Proces automat de măsurare; 1.5 Proba: sînge capilar, venos 1.6 Calibrare automată; Certificare: 1.1 Declarație cu privire la termenul de garanție a dispozitivului de 18 luni la momentul livrării – semnat electronic; 1.2 Dovada înregistrării glucometrului în registrul de stat al dispozitivelor medicale – semnat electronic;	On Call Plus	SUA	ACON		Teste pentru masurarea nivelului de glicemie in singe compatibile cu glucometru model On Call Plus – 2 buc (oferite gratuit în folosință) Cerințe față de glucometru: 1.1 Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului sunt compatibile; 1.2 Dispozitiv portabil; 1.3 Ecran LCD; 1.4 Proces automat de măsurare; 1.5 Proba: sînge capilar, venos 1.6 Calibrare automată; Certificare: 1.1 Declarație cu privire la termenul de garanție a dispozitivului de 18 luni la momentul livrării – semnat electronic; 1.2 Dovada înregistrării glucometrului în registrul de stat al dispozitivelor medicale – semnat electronic;	Certificat CE; Certificat ISO
33100000-1	Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere(oferit gratuit în folosință)	On Call Plus	SUA	ACON		Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere (oferit gratuit în folosință)	Certificat CE; Certificat ISO
33100000-1	Ace (oferite gratuit în folosință), sterile de unică utilizare	On Call Plus	SUA	ACON		Ace (oferite gratuit în folosință), sterile de unică utilizare	Certificat CE; Certificat ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9