

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21502699 din 05.11.2025

Denumirea procedurii de achiziție: Piese și accesorii pentru dispozitive medicale, conform necesitatilor IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2025

| Nr Lot     | Cod CPV | Denumirea bunurilor                                                               | Modelul articolului | Țara de origine | Produ-cătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                           | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                           | Standarde de referință |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 33100000-1 | 18      | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL | 6003-477            | Olanda          | Vital Scientific | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL. Lucrările de instalare a kit-ului trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului. | KIT de mentenanță + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat Selectra Pro XL. Lucrările de instalare a kit-ului vor fi executate de către un inginer al companiei noastre, certificat de către producătorul dispozitivului. | ISO, CE                |
| 33100000-1 | 19      | KIT de mentenanță anual + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat ProS      | 6003-539            | Olanda          | Vital Scientific | KIT de mentenanță anual + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat ProS. Lucrările de instalare a kit-ului trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului.      | KIT de mentenanță anual + instalare, p/u Analizatorul biochimic automat ProS. Lucrările de instalare a kit-ului vor fi executate de către un inginer al companiei noastre, certificat de către producătorul dispozitivului.      | ISO, CE                |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL Adresa: or. Chisinau, str. Albisoara 64/2, tel 0-22--54-73-73