

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1780782882407

Data: 11 07 2026

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 24)							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2		3		4	5	6	7	8	9
33100 000-1	2	Dispozitiv pentru dezinfectarea captuselelor 70-120 litri	Dispozitiv pentru dezinfectarea captuselelor 70-120 litri	Bucată	4	11.500,00	13.800,00	46.000,00	55.200,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100 000-1	17	Popmpă de irigație și aspirație	Popmpă de irigație și aspirație	Bucată	1	186.400,00	223.680,00	186.400,00	223.680,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
							Total	232.400,00	278.880,00	

Semnat: 12 07 2026 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director
Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Republica Moldova, or. Durlesti, str. Vasile Lupu, 6

Specificații tehnice

Numărul licitației:			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1780782882407					Data: 11 07 2026		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 24)								Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		standarde de referință	
33100 000-1	2	Dispozitiv pentru dezinfectarea captuselelor 70-120 litri	Dispozitiv pentru dezinfectarea captuselelor 70-120 litri	BOV-V70F	China	Biobase	DescriereDispozitiv de încălzire și dezinfectare de mare capacitate conceput pentru a menține compresele calde utilizate în aplicații de kinetoterapie la o temperatură sigură, igienică și ideală. ParametruSpecificație Capacitate internă a camerei≥ 70 l Domeniul de temperatură, diapazonprogramabil ≥ (37 - 100 grade) Rezoluția de programare5 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt AfișajLCD sau LED Control Microprocesor Construcția interioarădin oțel inox Alarmă vizuala și sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea220 V, 50 Hz	Descriere Dispozitiv de încălzire și dezinfectare de mare capacitate conceput pentru a menține compresele calde utilizate în aplicații de kinetoterapie la o temperatură sigură, igienică și ideală. Parametru Specificație Capacitate internă a camerei 70 l Domeniul de temperatură, diapazon programabil - Temperatura reală + 10 -250 grade Celsius Rezoluția de programare 0.1 grade Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 9999 minute, neîntrerupt - (se setează la 0) Afișaj LCD Control Microprocesor Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala și sonora divergență față de temperatura setată Alimentarea2 20 V, 50 Hz		Declarație de conformitate, Certificat de conformitate CE	
33100 000-1	17	Popmă de irigație și aspirație	Popmă de irigație și aspirație	16-2080	Germania	Ackermann	Descriere: utilizat pentru efectuarea intervențiilor urologice urgente și programate compatibil cu Uretronefroscoap semirigid Karl Storz. ParametrulSpecificația Capacitate de irigare≥ 1200 ml/min Capacitatea de aspirare≥ 1200 ml/min Sistemul să dispună de funcții de avertizareprivind nivelul scăzut sau golirea rezervorului de lichid Grad de protecție la pătrunderea lichidelorminim IPX2 Funcție de calibrareautomată sau asistată a sistemului Afișare în timp real a parametrilor de funcționare incluzând: presiunea volumul de lichid administrat și/sau evacuat timpul de utilizare Afișarea deficitului de lichidacolo unde este aplicabil; Display LCD sau echivalent touchscreen, opțional Control prin pedală de piciorcu două comenzi (irigare/aspirație) Accesorii Tuburi de irigare și aspirație autoclavabile10 seturi sau seturi de unică utilizare, în număr cel puțin egal cu echivalentul ciclurilor de utilizare declarate de producător pentru setul autoclavabil, dar nu mai puțin de 400 seturi Pedala cu picior1 buc.	Descriere: utilizat pentru efectuarea intervențiilor urologice urgente și programate compatibil cu Uretronefroscoap semirigid Karl Storz. ParametrulSpecificația Capacitate de irigare0- 3000 ml/min Capacitatea de aspirare 0-3000 ml/min Sistemul să dispună de funcții de avertizareprivind nivelul scăzut sau golirea rezervorului de lichid Grad de protecție la pătrunderea lichidelorminim IPX1 Funcție de calibrareautomată sau asistată a sistemului Afișare în timp real a parametrilor de funcționare incluzând: presiunea volumul de lichid administrat și/sau evacuat timpul de utilizare Afișarea deficitului de lichidacolo unde este aplicabil; Display LCD Control prin pedală de piciorcu două comenzi (irigare/aspirație) + comutator de mână atașabil pe instrument Accesorii Tuburi de irigare și aspirație autoclavabil 16-2080-100 Pedala cu picior1 buc.		Nr. Înregistrare RSDM: DM000454053	

Semnat: 12 07 2026 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director
Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Republica Moldova, or. Durlști, str. Vasile Lupu, 6