

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1566566179934	Data: 01.09.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Achiziționarea sistemului radiografic intraoral	Pozitia Nr.: 1	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică conform echipamentului oferit SAJIN-MED SRL		Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
	Bunuri							
33100000-1	Sistem radiografic intraoral	EzRay Air W (VEX-S300W) + EzSensor	Coreia	VATECH GLOBAL	Conform cerintelor solicitate	Descriere:	Unitățile radiografice dentare sunt utilizate pentru imagistica dentiției, anatomia individuală a dintelui (coroană, gât, rădăcină) și alte probleme dentare.	Certificate de calitate ISO 9001, 13485, CE MARK
							Radiografia intraorală necesită filmul dentar sau senzorul digital pentru a fi plasate în interiorul gurii pacientului pentru imagistica ocluzală, periapicală, etc.	
						Parametrul	Specificatia	
						Tub anod de raze X, tip	stationar cu montare pe perete	
						Filtrare totala , mm Al	2,0 mm Al	

						Capacitate de incalzire,HU	8000-30000	
						Stocare termică anod, J	4300 J	
						Disipare termică anod, W	100 W	
						Dimensiunea spotului focal, mm	0.4 mm	
						Generator de raze X, tip	AC/DC	
						Gama kV	65kV	
						Gama mA	3-4 mA	
						Timpul de expunere, sec	0.02-0,5 sec	
						SID (dimensiune conuri), mm	200-300 mm	
						Lungime braț orizontal	450 mm	
						Rotatie x-ray tube, grade	320 grade	
						Panou de control Digital integrat pe tubul radiologic	Da,digital	
						Regim de lucru manual/automat	da	
						Afisarea unghiului de pozitionare pe panoul digital	da	
						Miner integrat pentru pozitionare	Da	
						Alimentare , V	220-240 V, 50 Hz	
						Film și Detector digital	ambele	
						Detector digital		
						Tipul detectorului	CMOS	
						Tehnologia transmiterii datelor	USB, Ethernet, Wireless	
						Timpul de procesare si afisare, sec	4 sec	
						Marime pixel, 19 μm	Da,	
						Dimnesiune detector,mm	29x40 mm	
						Geometria	Colțuri superioare retezate	

						<table><tr><td>detectorului</td><td>(pentru a permite accesul în zonele greu accesibile și reducerea durerii)</td></tr><tr><td>Accesorii:</td><td>-Husă de protecți din silicon p/u detector; - Holder p/u detector; -Software; - set huse igienice 100 buc;</td></tr></table>	detectorului	(pentru a permite accesul în zonele greu accesibile și reducerea durerii)	Accesorii:	-Husă de protecți din silicon p/u detector; - Holder p/u detector; -Software; - set huse igienice 100 buc;	
detectorului	(pentru a permite accesul în zonele greu accesibile și reducerea durerii)										
Accesorii:	-Husă de protecți din silicon p/u detector; - Holder p/u detector; -Software; - set huse igienice 100 buc;										

Semnat: _____ Numele, Prenumele: SAJIN Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: SAJIN-MED SRL Adresa: str Tricolorului 37, of 5