

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1679488826713 din 12.04.2023						
Obiectul de achiziției: Reactivi, piese de schimb, consumabile de laborator,vesela și articole de ustensilă, filme radiologice pentru aparatul digital și articolelor parafarmaceutice pentru anul 2023.						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOTUL IV. Specificații standard pentru reagenți privind investigații hematologice (cerințe generale în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)						
4.1 Țoliclon anti-A, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze – 5 ml, 100 doze – 10 ml)	8.02.04.0.0010	Jordan	Atlas Medical		Conform Cerințe generale: Țoliclon anti-A, cu pipetă dozator (ambalaj 200 doze – flx10 ml). Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
4.2 Țoliclon anti-B, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze – 5 ml, 100 doze – 10 ml)	8.02.05.0.0010	Jordan	Atlas Medical		Conform Cerințe generale: Țoliclon anti-B, cu pipetă dozator (ambalaj 200 doze – flx10 ml). Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
4.3 Țoliclon anti-AB, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze – 5 ml, 100 doze – 10 ml)	8.02.06.0.0010	Jordan	Atlas Medical		Conform Cerințe generale: Țoliclon anti-AB, cu pipetă dozator (ambalaj 200 doze – flx10 ml). Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
4.4 Țoliclon anti-D super, cu pipetă dozator (ambalaj de la 50 doze – 5 ml, 100 doze – 10 ml)	8.02.07.0.0010	Jordan	Atlas Medical		Conform Cerințe generale: Țoliclon anti-D super, cu pipetă dozator (ambalaj 200 doze – flx10 ml). Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOTUL V. Specificații standard pentru reagenți privind investigații imunologice (cerințe generale pentru Lotul V în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)						
5.1 CRP – Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex – 100 teste), control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare	8.00.00.0.0100	Jordan	Atlas Medical		CRP – Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex – 100 teste), control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

5.2 ASLO – Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex – 100 teste), control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare	8.00.02.0.0100	Jordan	Atlas Medical		ASLO – Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex – 100 teste), control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
5.3 RF – Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex – 100 teste), control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare	8.00.04.0.0100	Jordan	Atlas Medical		RF – Latex Cerințe generale* + notă** (metoda latex – 100 teste), control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOTUL VI. Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul MISSION U 500 Automat de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014)						
6.1 Teste pentru determinarea parametrilor biochimici în urină (leucocite, nitriți, urobilinohen, proteina, pH, blood, densitate relativă, corpi cetonici, bilirubină, glucoză, acid ascorbic)	U031-111 (11A)	SUA	ACON		Cerințe generale* Teste pentru determinarea parametrilor biochimici în urină (leucocite, nitriți, urobilinohen, proteina, pH, blood, densitate relativă, corpi cetonici, bilirubină, glucoză, acid ascorbic). Set. 100 teste. Broșura și instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
6.2 Lichide de control în 2 nivele (patologic și normal)	U021-011	SUA	ACON		Cerințe generale* Lichide de control în 2 nivele (patologic și normal)(2flx10ml). Broșura și instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOTUL VII. Reagenți de hemostază și materiale de control pentru Analizatorul de hemostază coagulometru Coatron X Eco Teco						
7.1 Set pentru determinarea protrombinei – trommboplastină lichidă. Tromboplastin CaCl ₂ 0,025M, lichid gata de lucru, cu stabilitatea reagentului timp de 30 zile după deschiderea flaconului; compatibil cu coagulometrul Coatron X, 10 flacoane(10ml) / set	A0230-100	Germania	TECO		Cerințe generale* + notă** Set pentru determinarea protrombinei – trommboplastină lichidă. Tromboplastin CaCl ₂ 0,025M, lichid gata de lucru, cu stabilitatea reagentului timp de 30 zile după deschiderea flaconului; compatibil cu coagulometrul Coatron X, 10 flacoane(10ml) / set. Broșura se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
7.2 Set pentru determinarea fibrinogenului metoda Klaus –; compatibil cu coagulometrul Coatron X, 10 flacoane(2ml) / set	A0511-020	Germania	TECO		Cerințe generale* + notă** Set pentru determinarea fibrinogenului metoda Klaus –; compatibil cu coagulometrul Coatron X, 10 flacoane(2ml) / set. Broșura se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
7.3 IBS bufer pentru fibrinogen ,compatibil cu coagulometrul Coatron X, 1flacon 125 ml	A0590-125	Germania	TECO		Cerințe generale* + notă** IBS bufer pentru fibrinogen ,compatibil cu coagulometrul Coatron X, 1flacon 125 ml. Broșura se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

7.4 Plasmă de control normală cu 7 parametri: APTT, PT, INR, PT Quick, TT, Fibrinogen Klauss, compatibil cu coagulometrul Coatron X	P6001-010	Germania	TECO		Cerințe generale* + notă** Plasmă de control normală cu 7 parametri: APTT, PT, INR, PT Quick, TT, Fibrinogen Klauss, compatibil cu coagulometrul Coatron X. (Set. 10flx1ml). Broșura se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
7.5 Plasmă de control patologică cu 7 parametri: APTT, PT, INR, PT Quick, TT, Fibrinogen Klauss, compatibil cu coagulometrul Coatron X	P6101-010	Germania	TECO		Cerințe generale* + notă** Plasmă de control patologică cu 7 parametri: APTT, PT, INR, PT Quick, TT, Fibrinogen Klauss, compatibil cu coagulometrul Coatron X. (Set. 10flx1ml). Broșura se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
7.6 Cuve de reacție pentru Coagulometru optic COATRON X Eco Teco	24 100 00	Germania	TECO		Cerințe generale* + notă** Cuve de reacție pentru Coagulometru optic COATRON X Eco Teco. Broșura se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOTUL XIII. Specificații standard pentru veselă și articole de ustensilă de laborator (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)						
13.3 RPR carbon, sete determinarea reaginelor plasmatice în ser, 500 teste	8.00.18.0.0500	Jordan	Atlas Medical		RPR carbon, sete determinarea reaginelor plasmatice în ser, 500 teste. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
13.9 Slaid planșete pentru citirea sedimentului urinar, prevăzut cu 10 camere de citire, grilaj de numărare, din masă plastică	212051	Italia	Syntesys		Slaid planșete pentru citirea sedimentului urinar, prevăzut cu 10 camere de citire, grilaj de numărare, din masă plastică. Catalogul se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
13.10 Vârfuri galbene/albe tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 0-200 mcl	318260	Italia	Syntesys		Vârfuri galbene/albe tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 0-200 mcl. Catalogul se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
13.11 Vârfuri albastre tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 100-1000 mcl	318172	Italia	Syntesys		Vârfuri albastre tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 201-1000 mcl. Catalogul se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
13.12 Urorecoltoare (container pentru urină) prevăzute cu capac pentru înfiletare maximă, ce împiedică scurgerea lichidelor, volum 100 ml, cu gradație și etichetă, nesteril	331162	Italia	Syntesys		Urorecoltoare (container pentru urină) prevăzute cu capac pentru înfiletare maximă, ce împiedică scurgerea lichidelor, volum 120 ml, cu gradație și etichetă, nesteril. Catalogul se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație

13.13 Coprorecoltor, container pentru mase fecale, prevăzut cu colector / lopățică, capac roșu, volum 30 ml, cu etichetă pentru marcaj	313115	Italia	Syntesys		Coprorecoltor, container pentru mase fecale, prevăzut cu colector / lopățică, capac roșu, volum 30 ml, cu etichetă pentru marcaj. Catalogul se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
13.14 Eprubetă de centrifugă conică, din masă plastică, gradată, volum 10 ml	318304	Italia	Syntesys		Eprubetă de centrifugă conică, din masă plastică, gradată, volum 10 ml. Catalogul se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
13.15 Eprubete Eppendorf 1,5 ml, cu închidere fixă, gradate	318766	Italia	Syntesys		Eprubete Eppendorf 1,5 ml, cu închidere fixă, gradate. Catalogul se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
13.18 Teste express pentru determinarea sângelui ocult în mase fecale	GEFOB-602b	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd		Teste express pentru determinarea sângelui ocult în mase fecale	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
13.19 Teste express pentru determinarea antigenului Lamblia în mase fecale	GCGIA-602a	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd		Teste express pentru determinarea antigenului Lamblia în mase fecale	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
13.20 Teste express pentru determinarea antigenului Helicobacter pylori în mase fecale	GCHP-602a	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd		Teste express pentru determinarea antigenului Helicobacter pylori în mase fecale	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
13.21 Teste express pentru determinarea antigenului Malaria (Plasmodium falciparum/Plasmodium vivax) în ser / plasmă	GCMAL(pf/pv)-402a	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd		Teste express pentru determinarea antigenului Malaria (Plasmodium falciparum/Plasmodium vivax) în ser / plasmă	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LOTUL XIV. PRODUSE PARAFARMACEUTICE						
14.2 Containere pentru colectarea deșeurilor medicale pînă la 1 kg	DISPO0,5	Italia	Syntesys		Containere pentru colectarea deșeurilor medicale 0,5 kg. Catalogul se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație

14.4 Teste p/u pupinele (sterile cu aer uscat 180 °C)timp de expunere 60 min, 1000 per set	180/60	Federația Rusă	Marker		14.4 Teste p/u pupinele (sterile cu aer uscat 180 °C)timp de expunere 60 min, 1000 per set. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
--	--------	----------------	--------	--	---	--

Semnat:_____Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9