

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr.115
din “15” septembrie 2021

Specificatia tehnica

Numărul licitației:			LP nr. 21237741 din 25.07.2024						
Denumirea licitației:			Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 7)						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT	HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT	BTL-08 HOLTER H100	Marea Britanie	BTL INDUSTRIES LIMITED	Număr de canale – 3 Durata înregistrării 1 – 2 zile Cablul cu 5 fire pentru pacient – 1 bucată Transfer date – USB sau SD Card Rezoluția ecranului LCD – 128x 64 px Stocare date – 2 GB Frecvența eșantionare/rezoluție – 8 x 2000Hz/24 bit Detectare pacemaker - 100µV /Circuit dedicat cu 40000Hz funcție detectare Frecvența de răspuns – 0,049 – 220 Hz Rezoluție digitală – 1,52µV Potențial maxim electrozi - ±393 mV DC Interval dinamică -66 mV Nivel comun de respingere (cu filtru digital) - >100db (>115dB) Baterii alcaline – 2 bucăți Dimensiuni – 102x62x24 mm Greutate – 106 g	BTL-08 HOLTER H100 Număr de canale – 3 – DA, pag 27 din Manual de utilizare, pun. 7.2 Model Durata înregistrării 1 – 2 zile- DA, pag 27 din Manual de utilizare, pun. 7.2 Model, Cablul cu 5 fire pentru pacient – 1 bucată- DA, pag 26 din Manual de utilizare, pun. 7.1 Parametrii tehnice Transfer date – USB sau SD Card- DA, pag 26 din Manual de utilizare, pun. 7.1 Parametrii tehnice Rezoluția ecranului LCD – 128x 64 px- DA, pag 26 din Manual de utilizare, pun. 7.1 Parametrii tehnice Stocare date – 2 GB- DA, pag 26 din Manual de utilizare, pun. 7.1 Parametrii tehnice Frecvența eșantionare/rezoluție – 8 x 2000Hz/24 bit- DA, pag 26 din Manual de utilizare, pun. 7.1 Parametrii tehnice Detectare pacemaker - 100µV /Circuit dedicat cu 40000Hz funcție detectare- DA, pag 26 din Manual de utilizare, pun. 7.1 Parametrii tehnice Frecvența de răspuns – 0,049 – 220 Hz- DA, pag 26 din Manual de utilizare, pun. 7.1 Parametrii tehnice	ISO, CE

								Rezoluție digitală – 1,52μV- DA, pag 26 din Manual de utilizare, pun. 7.1 Paramentrii tehnice Potențial maxim electrozi - ±393 mV DC- DA, pag 26 din Manual de utilizare, pun. 7.1 Paramentrii tehnice Interval dinamică -66 Mv- DA, pag 26 din Manual de utilizare, pun. 7.1 Paramentrii tehnice Nivel comun de respingere (cu filtru digital) - >100db (>115dB)- DA, pag 26 din Manual de utilizare, pun. 7.1 Paramentrii tehnice Baterii alkaline – 2 bucăți- DA, pag 26 din Manual de utilizare, pun. 7.1 Paramentrii tehnice Dimensiuni – 102x62x24 mm- DA, pag 26 din Manual de utilizare, pun. 7.1 Paramentrii tehnice Greutate – 106 g- DA, pag 26 din Manual de utilizare, pun. 7.1 Paramentrii tehnice Nr. de la AMDM - DM000415311	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Zaqareanu Tatiana** În calitate de: **Manager achiziții**

Ofertantul: **Polisano Prim SRL** Adresa: **or. Chișinău, str. Nicolae Testemițanu 3/18**