



241520, г. Брянск, Супонево, пер. Комсомольский, 4  
Т/ф (4832) 41-63-56, 41-67-02, 92-96-94, 92-97-03,  
E.m.: info@minimed.debryansk.ru www.minimed.ru

Р/с 40702810308000100320 Брянское ОСБ № 8605 г. Брянск  
К/с 30101810400000000601 ИНН 3234007127 БИК 041501601  
КПП 320701001 ОКПО 29508133

## Паспорт

### МАСЛО ИММЕРСИОННОЕ ГОСТ-13739-78

Наименование показателей	Нормы по ГОСТ	Результаты анализа
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость желтоватого цвета со слабым характерным запахом.	Соответствует
2. Удельный вес		0,93
3. Показатель преломления при температуре 20 С	1,5150-1,5180	1,5152
3. Величина светопропускания р-ра масла, % не менее	70	90
4. Вязкость при 20 С	220-400	385

Срок хранения 1,5 года

Заключение ОТК: продукт соответствует ГОСТу 13739-78.

Начальник ОТК  
Анализ произвел

КОПИЯ  
ВЕРНА

