

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: 21076406, din 30/03/2023					Data: 30/03/2023	Alternative nu sunt	
Obiectul achiziției: Achiziționarea cimentului ortopedic conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023 (repetat 3)					Lot: 1;	Pagina 1 din 1	
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant	Cemex® Genta ID Green (12A2420) Înregistrat în reg. de stat al Disp. Med.: DM000343487	Italia	TECRES	Disponibil în pachete ce conțin 40 grame de pudră ce va conține polimer și monomer sub formă lichidă. - Să prezinte viscozitate medie, indicat pentru artroplastii de șold și genunchi. -Să conțină un agent radiopac. - Să conțină un colorant, pentru a obține o diferențiere în structura osoasă, pentru a asigura înlaturare debridurilor de ciment în artroplastii primare și cele de revizie. -Să conțină Gentamicină. - Să prezinte o toxicitate redusă și să posede proprietăți hipoalergene. - să corespundă stadardului ISO 5833. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării.	Disponibil în pachete ce conțin 40 grame de pudră ce va conține polimer și monomer sub formă lichidă. Manual de utilizare, pg. 9; - Să prezinte viscozitate medie certificat MDR No 738112 R000 , indicat pentru artroplastii de șold și genunchi. Manual de utilizare, pg. 9; - Să conțină un agent radiopac. Manual de utilizare, pg. 9; - Să conțină un colorant, pentru a obține o diferențiere în structura osoasă, pentru a asigura înlaturare debridurilor de ciment în artroplastii primare și cele de revizie. Manual de utilizare, pg. 9; - Să conțină Gentamicină. Manual de utilizare, pg. 9; - Să prezinte o toxicitate redusă și să posede proprietăți hipoalergene. Da, corespunde. - Să corespundă stadardului ISO 5833. Este indicat pe ambalajul produsului - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării. Este indicat pe ambalajul produsului	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova