

Пипетаторы поршневые (насадки на мерные пипетки)

Подходят как для стеклянных, так и для пластиковых пипеток всех типов соответствующего объема. Всасывание и дозировка жидкости производится посредством пальцевого движения колесика (рис. 1). Полный слив жидкости осуществляется посредством нажатия на сливной рычаг (рис. 2). Материалы: корпуса - полипропилен; уплотнителя - силиконовая муфта (рис. 3). Автоклавироваться при температуре +121⁰С.


Артикул:

12011324 — для пипеток объемом до 2 мл;

12011323 — для пипеток объемом до 10 мл;

12011325 — для пипеток объемом до 25 мл

Произведено в Китае



Плитка электрическая

Обеспечивает подогрев лабораторных емкостей до 10 л. Диаметр чугунной комфорки - 150 мм.

Электроплитка имеет бесступенчатую регулировку потребляемой мощности, ограничение максимально допустимого уровня нагрева, световую сигнализацию включенного состояния нагревательных элементов.

Номинальная потребляемая мощность - 1 кВт.

Напряжение питания - 220±10,0 В. Частота тока - 50 Гц.

Размеры, мм - не более 220×220×39.

Масса, кг - не более 2,8. Класс энергоэффективности - В. Класс электробезопасности - 1.

Артикул 21001414



Прибор СОЭ-метр ПР-3 (в двух комплектациях)

ТУ 9443-009-52876351-2008

ПУ № ФСР 2008/03361 от 19.08.2015 г.

Предназначен для определения скорости оседания эритроцитов при отстаивании стабилизированной крови. Белый экран штатива облегчает отсчет уровня эритроцитов. Гнезда имеют оцифровку от 1 до 20. Диапазон измерения СОЭ плазмы крови, мм - от 0 до 90.

Цена деления шкалы пипетки - 1 мм.

Артикул	Наименование	Состав комплекта
12005403	комплект №1	штатив СОЭ-метр - 1 шт. (арт. 12005403); пробки резиновые - 20 шт. (арт. 12002987)
21000802	комплект №2	штатив СОЭ-метр - 1 шт. (арт. 12005403); пробки резиновые - 20 шт. (арт. 12002987); пипетки ПС/СОЭ-01 (Панченкова) - 20 шт. (арт. 10002001)

Производитель: ООО «МиниМед», Россия





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 августа 2015 года № ФСР 2008/03361

На медицинское изделие
СОЭ-метр ПР-3 по ТУ 9443-009-52876351-2008

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед"
(ООО "МиниМед"), Россия,
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед"
(ООО "МиниМед"), Россия,
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Место производства медицинского изделия
242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 1

Номер регистрационного досье № РД-8057/35356 от 30.07.2015

Вид медицинского изделия 176420

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4310

приказом Росздравнадзора от 19 августа 2015 года № 5830
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0013778


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ИМ-7.106818

Настоящее удостоверение выдано

ООО МиниМед, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

и является подтверждением того, что Министерством здравоохранения Республики Беларусь зарегистрированы

**Посуда лабораторная с принадлежностями: камера для счета форменных элементов крови (Камера Горяева), ТУ 9443-007-29508133-2007;
см. приложение, всего номеров регистрации - 12**

Тип: изделия медицинского назначения

Изготовитель: **ООО МиниМед (заводы в Российской Федерации), РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

и разрешены к производству, реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь

В соответствии с инструкцией по использованию

Регистрационный номер: **Мн-7.117012/7.005-1803**

Регистрационное удостоверение не является обязательством к закупке данных изделий медицинского назначения.

Дата государственной регистрации: **30.08.2018 г.** Действительно до: **30.08.2023 г.**

Заместитель Министра


В.Д. Шило
Ходас ОС

Заместитель Министра



В. П. Шило

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ № ИМ-7.106818

Всего наименований:

12

Страница: 2

Страниц: 4

Изготовитель: **ООО МиниМед (заводы в Российской Федерации), РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

№	Номер регистрации	Наименование, нормативный документ, код:
1	Мн-7.117012/7.005-	Посуда лабораторная с принадлежностями: камера для счета форменных 1803 элементов крови (Камера Горяева), ТУ 9443-007-29508133-2007
2	Мн-7.117012/7.006-	Посуда лабораторная с принадлежностями: СОЭ-метр ПР-3, ТУ 9443-009-1803 52876351-2008
3	Мн-7.117012/7.007-	Посуда лабораторная с принадлежностями: пробирки лабораторные, ТУ 1803 9461-008-52876351-2008

в составе:

- пробирка биологическая ПБ (Вассермана);
- пробирка биологическая ПБ-14;
- пробирка биологическая ПБ-16;
- пробирка биологическая ПБ-21;
- пробирка химическая ПХ-14;
- пробирка химическая ПХ-16;
- пробирка химическая ПХ-21;
- пробирка биохимическая ПБХ;
- пробирка центрифужная неградуированная ЦНГ;
- пробирка центрифужная градуированная (П-1-10-0,2 ХС, ПЦГ);
- пробирка мерная со шлифом ПМ-5;
- пробирка мерная со шлифом ПМ-10;
- пробирка мерная со шлифом ПМ-15;
- пробирка мерная со шлифом ПМ-20;
- пробирка мерная со шлифом ПМ-25;
- пробирка Видаля ПВБ-80;
- пробирка Видаля ПВБ-90;
- пробирка Видаля ПВБ-105;
- пробирка серологическая ПС-10;
- пробирка серологическая ПС-12;
- пробирка Флоринского ПФХ;
- пробирка Флоринского ПФБ;
- пробирка агглютинационная ПА;
- пробирка колориметрическая ПК

- 4 | Мн-7.117012/7.008-|Посуда лабораторная с принадлежностями: пробирки-поплавки 1803 лабораторные, ТУ 9461-008-52876351-2008

в составе:

- пробирка-поплавок микробиологическая ПМ-5;
- пробирка-поплавок микробиологическая ПМ-10;
- пробирка-поплавок Уленгута ПУ-40;
- пробирка-поплавок Уленгута ПУ-120;

- 5 | Мн-7.117012/7.010-|Посуда лабораторная с принадлежностями: стаканы и колбы стеклянные 1808 лабораторные ТУ 9461-019-29508133-2015: стаканы

в составе:

(исполнения 1,2):

- тип В (высокие): В-1-50, В-2-50, В-1-100, В-2-100, В-1-150, В-2-150, В-1-250, В-2-250, В-1-400, В-2-400, В-1-600, В-2-600, В-1-800, В-2-800, В-1-1000, В-2-1000, В-1-2000, В-2-2000, В-1-3000, В-2-3000;
- тип Н (низкие): Н-1-25, Н-2-25, Н-1-50, Н-2-50, Н-1-100, Н-2-100, Н-1-150, Н-2-150, Н-1-250, Н-2-

в составе:

- пробирка-поплавок микробиологическая ПМ-5;
- пробирка-поплавок микробиологическая ПМ-10;
- пробирка-поплавок Удильца ПУ-10;



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ИМ-7.106818

Всего наименований:

12

Страница: 3

Страниц: 4

Изготовитель: **ООО МиниМед (заводы в Российской Федерации), РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

№	Номер регистрации	Наименование, нормативный документ, код:
		250, Н-1-400, Н-2-400, Н-1-600, Н-2-600, Н-1-800, Н-2-800, Н-1-1000, Н-2-1000, Н-1-2000, Н-2-2000, Н-1-3000, Н-2-3000, Н-1-5000, Н-2-5000
6	Мн-7.117012/7.011-	Посуда лабораторная с принадлежностями: стаканы и колбы стеклянные 1808 лабораторные ТУ 9461-019-29508133-2015: колбы
	в составе:	
		- тип К (круглодонные, исполнение 1): К-1-50-29/32, К-1-100-29/32, К-1-250-29/32, К-1-500-29/32, К-1-1000-29/32, К-1-2000-29/32, К-1-10000-45/40
		- тип К (круглодонные, исполнение 2): К-2-50-22, К-2-100-22, К-2-100-34, К-2-250-34, К-2-500-34, К-2-1000-42, К-2-2000-50,
		- тип П (плоскодонные, исполнение 1): П-1-50-19/26, П-1-50-29/32, П-1-100-29/32, П-1-250-29/32, П-1-500-29/32, П-1-1000-29/32, П-1-2000-29/32, П-1-10000-45/40,
		- тип П (плоскодонные, исполнение 2): П-2-50-22, П-2-100-34, П-2-250-34, П-2-500-34, П-2-1000-42, П-2-2000-50, П-2-3000-50, П-2-4000-50, П-2-5000-50, П-2-6000-65;
		- тип Кн (конические, исполнение 1): Кн-1-25-14-23, Кн-1-50-14/23, Кн-1-50-29/32, Кн-1-100-29/32, Кн-1-250-29/32, Кн-1-500-29/32, Кн-1-1000-29/32, Кн-1-2000-29/32;
		- тип Кн (конические, исполнение 2): Кн-2-25-22, Кн-2-50-22, Кн-2-50-34, Кн-2-100-22, Кн-2-100-34, Кн-2-250-34, Кн-2-250-50, Кн-2-500-34, Кн-2-500-50, Кн-2-1000-50, Кн-2-2000-50, Кн-2-3000-50, Кн-2-5000-50;
		- Тип КГУ (круглодонные с двумя КГУ-2 и тремя КГУ-3 горловинами): КГКУ-2-1-100-19/26-14/23, КГУ-3-1-100-19/26-14/23, КГУ-2-1-250-29/32-19/26, КГУ-3-1-250-29/32-19/26, КГУ-2-1-500-29/32-19/26, КГУ-3-1-500-29/32-19/26, КГУ-2-1-1000-29/32-19/26, КГУ-3-1-1000-29/32-19/26, КГУ-2-1-2000-29/32-19/26, КГУ-3-1-2000-29/32-19/26;
		- Къельдаля (исполнение 1): 1-250-19/26, 1-500-29/32;
		- Къельдаля (исполнение 2): 2-100-22, 2-250-34, 2-500-34, 2-1000-34;
		- тип КРН (Энглера): КРН-125, КРН-250
7	Мн-7.117012/7.012-	Посуда лабораторная с принадлежностями: чашки микробиологические 1808 (Петри) ЧМ ТУ 9464-021-29508133-2016
	в составе:	
		- чашка микробиологическая (Петри) ЧМ;
		- чашка микробиологическая (Петри) ЧМ, 2-х секционная
8	Мн-7.117012/7.013-	Посуда лабораторная с принадлежностями: контейнеры лабораторные для 1808 взятия проб ТУ 9464-014-29508133-2013
	в составе:	
		- контейнеры лабораторные для взятия проб с завинчивающейся крышкой (30 мл, 60 мл, 120 мл, 150 мл, 200 мл);
		- контейнеры лабораторные для взятия проб с завинчивающейся крышкой и ложкой (30 мл, 60 мл)
9	Мн-7.117012/7.014-	Посуда лабораторная с принадлежностями: штативы медицинские 1808 полимерные ТУ 9464-017-29508133-2014
	в составе:	
		- штатив для пробирок и криопробирок ШПК-64;
		- штатив для пробирок ШПБ-20;
		- штатив для пробирок и пипеток ШПМ-20;
		- штатив для пробирок ШП-20;
		- штатив для пробирок ШПА-20;
		- штатив для пробирок ШПА-50

Заместитель Министра



№ 00260 В.Д. Шило

150 мл, 200 мл);

- контейнеры лабораторные для взятия проб с завинчивающейся крышкой и ложкой (30 мл, 60 мл)

9

Мн-7.117012/7.014- Посуда лабораторная с принадлежностями: штативы медицинские

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ № ИМ-7.106818

Всего наименований:

12

Страница: 4

Страниц: 4

Изготовитель: **ООО МиниМед (заводы в Российской Федерации), РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

№	Номер регистрации	Наименование, нормативный документ, код:
10	Мн-7.117012/7.015-	Посуда лабораторная с принадлежностями: пробирки медицинские 1808 полимерные ТУ 9464-015-29508133-2014
в составе:		
- пробирки цилиндрические с винтовой крышкой: 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл;		
- пробирки цилиндрические с защелкивающейся крышкой: 5 мл, 10 мл;		
- пробирки цилиндрические с пробки: 5 мл, 10 мл;		
- пробирки микроцентрифужные (Эппендорфа): 0,5 мл, 1,5 мл, 2,0 мл;		
- пробирки конические с винтовой крышкой: 10 мл, 15 мл, 50 мл;		
- пробирки конические без пробки: 10 мл;		
- пробки для пробирок: 10/19, 14/23, 19/26, 29/32, 16-17, 11-12-13.		
11	Мн-7.117012/7.016-	Посуда лабораторная с принадлежностями: планшет для определения групп 1808 крови П-50 ТУ 9464-020-29508133-2016
12	Мн-7.117012/7.017-	Посуда лабораторная с принадлежностями: контейнеры лабораторные для 1808 взятия проб стерильные ТУ 9464-018-29508133-2014
в составе:		
- контейнеры лабораторные для взятия проб стерильные с завинчивающейся крышкой (30 мл, 60 мл, 120 мл);		
- контейнеры лабораторные для взятия проб стерильные с завинчивающейся крышкой и ложкой (30 мл, 60 мл)		

Всего наименований: 12

Заместитель Министра





ООО «МиниМед», 241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03361 от 19.08.2015 г.

Паспорт
СОЭ-метр ПР-3
ТУ 9443-009-52876351-2008

1. Назначение

Предназначен для определения скорости оседания эритроцитов при отстаивании стабилизированной крови.

2. Основные технические характеристики

1. Габаритный размер – 208 × 197 × 70 мм. Масса не более - 0,6 кг.
2. Выпускается в двух комплектациях:
 - Состав комплекта №1: штатив СОЭ-метр ПР-3/1 - 1 шт., пробки резиновые – 20 шт.
 - Состав комплекта №2: штатив СОЭ-метр ПР-3/1 - 1 шт., пробки резиновые – 20 шт., пипетка стеклянная ПС/СОЭ - 0,1 – 20 шт.
3. Штатив изготовлен из полистирола, гигиенический сертификат ИП - 11/1683. Автоклавированию не подлежит. Устойчив к дезинфицирующим средствам. Белый экран облегчает отсчет уровня эритроцитов.
4. В основании штатива имеется 20 отверстий по 10 с каждой стороны, в которые установлены резиновые пробки с обозначенным центром для установки нижнего конца пипетки. Гнезда штатива имеют оцифровку от 1 до 20. В верхней плате штатива имеются гнезда для установки верхнего конца пипеток.
5. Цена деления шкалы пипетки - 1 мм.
6. Диапазон измерения высоты столбца плазмы от 0 до 90 мм. Предел допускаемой погрешности по длине шкалы - 0,5 мм.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с прибором и биоматериалом.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие прибора СОЭ-метр ПР-3 требованиям ТУ 9443-009-52876351-2008 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

5. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.

5. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК**Грузинцев С.А.**