

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă
– în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1696248141602

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a gazelor medicale necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024
(repetat nr. 3)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produl-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Oxigen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m ³) (SR Taraclia, SR Orhei, SR Ceadr-Lunga, Serviciul Medical MAI, INN Diomid Gherman, Ifiz Chiril Draganiuc, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia)		MD	f.c.s. „TehGaz Grup” S.R.L.	Oxigen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m ³) (SR Taraclia, SR Orhei, SR Ceadr-Lunga, Serviciul Medical MAI, INN Diomid Gherman, Ifiz Chiril Draganiuc, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxigen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m ³) Puritate ≥ 99,5 %. %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78	GOST 5583-78

<p>Oxigen medical gazos (O₂ - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m³) (ANP, SCBI Toma Ciorbă, SCM Boli Contagioase Copii, SR Ungheni, SR Taraclia, SR Strășeni, SR Orhei, SR Nisporeni, SR Leova, SR Ialoveni, SR Hincești, SR Criuleni, SR Comrat, SR Cimișlia, SR Ceadr-Lunga, SR Caușeni, SR Cantemir, SR Cahul, SCMC al Ministerului Aparării, SIS, Spitalul de Stat, SCM Sfânta Treime, Serviciul Medical MAI, SCTO, SCR Timofei Moșneaga, SCM Sf. Arhanghel Mihail, SCM de Copii nr. 1, SCM Gheorghe Paladi, SC al Ministerului Sănătății, Maternitatea Municipală nr. 2, IONCO, INN Diomid Gherman, IMU, IMCOP, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP UTA Gagauzia, IFtiz Chiril Draganuic)</p>			<p>f.c.S. „TehGaz Grup” S.R.L.</p>	<p>Oxigen medical gazos (O₂ - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m³) (ANP, SCBI Toma Ciorbă, SCM Boli Contagioase Copii, SR Ungheni, SR Taraclia, SR Strășeni, SR Orhei, SR Nisporeni, SR Leova, SR Ialoveni, SR Hincești, SR Criuleni, SR Comrat, SR Cimișlia, SR Ceadr-Lunga, SR Caușeni, SR Cantemir, SR Cahul, SCMC al Ministerului Aparării, SIS, Spitalul de Stat, SCM Sfânta Treime, Serviciul Medical MAI, SCTO, SCR Timofei Moșneaga, SCM Sf. Arhanghel Mihail, SCM de Copii nr. 1, SCM Gheorghe Paladi, SC al Ministerului Sănătății, Maternitatea Municipală nr. 2, IONCO, INN Diomid Gherman, IMU, IMCOP, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP UTA Gagauzia, IFtiz Chiril Draganuic). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabili.</p>	<p>Oxigen medical gazos (O₂ - gazos) în butelii de 20 litri (3,15 m³) (CRDM). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe</p>	<p>GOST 5583-78</p>
<p>Oxigen medical gazos (O₂ - gazos) în butelii de 20 litri (3,15 m³) (CRDM)</p>		<p>MD</p>		<p>Oxigen medical gazos (O₂ - gazos) în butelii de 20 litri (3,15 m³) (CRDM). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe</p>	<p>Oxigen medical gazos (O₂ - gazos) în butelii de 20 litri (3,15 m³) (CRDM). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe</p>	<p>GOST 5583-78</p>

					tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	tehnice conform GOST 5583-78	
					Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m ³) (SR Anenii-Noi, SCM Sf. Arhanghel Mihail, SCM Gheorghe Paladi, INN Diomid Gherman, Diomid Gherman, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m ³) Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78	GOST 5583-78
Oxygen medical lichid (criogenic) - (SCR Timofei Moșneaga, IMU, IMCOP)			MD	f.c.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Oxygen medical lichid (criogenic) - (SCR Timofei Moșneaga, IMU, IMCOP). Punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m ³ . Cerințe tehnice conform GOST 6331-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxygen medical lichid cu punctul de fierbere: -183°C, concentrația nu mai puțin de 99,2%, densitatea: 1,429 kg/m ³ . Cerințele tehnice conform GOST 6331-78	GOST 6331-78
Dioxid de carbon (CO ₂) medical, de calitate superioară, în butelii 40 litri (25 kg per butelie) (CRDM, SR Orhei, SR Comrat, SR Ceadr-Lunga, SR Cahul, SCMC al Ministerului Aparării, SCM Sfânta Treime, Serviciul Medical MAI, SCTO, SCR Timofei Moșneaga, SCM Sf. Arhanghel Mihail, SCMC Valentin Ignatenco, SCM Gheorghe Paladi, SC al Ministerului Sănătății, IONCO, IMU, IMCOP)			MD	DIROVE NORD S.R.L.	Dioxid de carbon (CO ₂) medical, de calitate superioară, în butelii 40 litri (25 kg per butelie) (CRDM, SR Orhei, SR Comrat, SR Ceadr-Lunga, SR Cahul, SCMC al Ministerului Aparării, SCM Sfânta Treime, Serviciul Medical MAI, SCTO, SCR Timofei	Dioxid de carbon (CO ₂) medical, de calitate superioară, în stare gazificată, în butelii 40 litri (25kg. Cerințe tehnice conform GOST 8050-85	GOST 8050-85

				Mosneaga, SCM SF. Arhanghel Mihail, SCMC Valentin Ignatenco, SCM Gheorghe Paladi, SC al Ministerului Sănătății, IONCO, IMU, IMCOP). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil.		
Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioară, în butelii 20 litri (10 kg per butelie) (IMCOP)		MD	DIROVE NORD S.R.L.	Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioară, în butelii 20 litri (10 kg per butelie) (IMCOP). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil.	Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioară, în stare gazificată, în butelii 20 litri (10kgCerințe tehnice conform GOST 8050-85	GOST 8050-85
Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioară, în butelii 10 litri (6 kg per butelie) (SR Criuleni, SR Causeni, SCM Sfânta Treime, Serviciul Medical MAI, IMU)				Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioară, în butelii 10 litri (6 kg per butelie) (SR Criuleni, SR Causeni, SCM Sfânta Treime, Serviciul Medical MAI, IMU). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil.		
Azot (N2) medical lichid (IONCO, SCMC al Ministerului Aparării)		MD	f.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Azot (N2) medical lichid (IONCO, SCMC al Ministerului Aparării). Puritatea ≥ 99,9999%. Cerințe tehnice conform GOST 9293-74 sau alt standard relevant aplicabil.	Azot (N2) medical lichid (IONCO, SCMC al Ministerului Aparării). Puritatea ≥ 99,9999%. GOST 9293-74	9293-74

Azot (N2) tehnic în stare gazificată (IMCOP)		MD	I.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Azot (N2) tehnic în stare gazificată (IMCOP). 1 butelie 40 L (6,1 m3). Puritatea ≥ 99,6%. Cerințe tehnice conform GOST 9293-74 sau alt standard relevant aplicabil.	Azot (N2) tehnic în stare gazificată (IMCOP). 1 butelie 40 L (6,1 m3). Puritatea ≥ 99,6%. GOST 9293-74	9293-74
--	--	----	-----------------------------	---	--	---------

Semnat:

Numele, Prenumele: Tomşa Tatiana În calitate de: Directoare

Ofertantul: I.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L. Adresa: mun. Chişinău, str. Mesager 8, MD-2069



