

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru IMSP SCM „Sfînta Treime”

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1635507930854 / 21046094	din 20 noiembrie 2021
Obiectul de achiziției :	Reagenți pentru analizatorul Sysmex XN-530 pentru anul 2022	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
1	33696500-0	Cellpack DCL	Cellpack DCL	Japonia	Sysmex	Reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare; ambalaj 20L	Conform cerințelor; ambalaj 20 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
2	33696500-0	Sulfolyser	Sulfolyser	Japonia	Sysmex	Reagent pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge; ambalaj 3x500 ml	Conform cerințelor; ambalaj 3x500 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
3	33696500-0	Lysercell WDF	Lysercell WDF	Japonia	Sysmex	Reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor și eozinofilelor; ambalaj 2L	Conform cerințelor; ambalaj 2 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
4	33696500-0	Fluorocell WDF	Fluorocell WDF	Japonia	Sysmex	Reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat în vederea stabilirii numărului diferențiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge; ambalaj 2x22 ml	Conform cerințelor; ambalaj 2x22 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
5	33696500-0	Cellclean	Cellclean	Japonia	Sysmex	Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului; ambalaj 50 ml	Conform cerințelor; ambalaj 50 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
6	33696500-0	XN-L Check L1	XN-L Check L1	Japonia	Sysmex	Material de control (nivel scăzut); ambalaj 3 ml	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
7	33696500-0	XN-L Check L2	XN-L Check L2	Japonia	Sysmex	Material de control (nivel normal); ambalaj 3 ml	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
8	33696500-0	XN-L Check L3	XN-L Check L3	Japonia	Sysmex	Materialul de control (nivel înalt); ambalaj 3 ml	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
9	33696500-0	XN CAL	XN CAL	Japonia	Sysmex	Calibrator pentru calibrarea instrumentului; ambalaj 3 ml	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**