

		Specificații tehnice (F4.1)							
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		LP nr. 21041621						Data: 12.08-02.09.2021	Alternativa nr.:nu
Denumirea licitației:		Achiziționarea endprotezelor necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anii 2021-2022						Lot:sunt indicate	Pagina: 1 din 7
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Endoproteză bipolară de șold CoCr(cimentata si necimentată)	Cupă diferite dimensiuni	BIPOLAR HEADS - PERMEDICA 25942-> 25958 26971 -> 26974	ITALIA	PERMEDICA	Cupă diferite dimensiuni -Cupă bipolară - confectionat din aliaj de Co Cr sau echivalentul (CoCrMo; CoCrNi) ; - Diametre exterioare intre 42 si 56 mm cu increment de 2 mm; - Suprafata exterioara lustruita; - Insertul de polietilenă: - Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE. - Sa fie steril. - Fixarea insertului de polietilena sa se faca printr-un mecanism de blocare. - Sa accepte capete de 28 mm. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Cupă bipolară - confectionata din aliaj de otel inox cu continut inalt de azot; Diametre exterioare intre 42 si 58 mm cu increment de 2 mm; Suprafata exterioara lustruita; Insertul de polietilenă confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE. Steril. Fixarea insertului de polietilena se face printr-un mecanism de blocare. Accepta capete de 28 mm. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE
33100 000-1	1	Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	Cap diferite dimensiuni	PM734 BALL HEAD 20281 -> 20284	ITALIA	PERMEDICA	Cap diferite dimensiuni - Sa fie confectionat din aliaj de CoCrMo ; - Sa fie disponibil in minim 4 dimensiuni ale colului - Sa prezinte variante de diametru exterior de 28mm diametru - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Cap diferite dimensiuni: Confectionat din aliaj de otel inox cu continut inalt de azot; Disponibil in minim 4 dimensiuni ale colului. Prezinta varianta de diametru extern de 28mm diametru. Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE

33100 000-1	1	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni	EXACTA HaX PORE STEM 11901 -> 11932 11911 -> 11940	ITALIA	PERMEDICA	Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni - Confectionată din aliaj de titan, acoperită cu strat de suprafață osteointegrativă, care crează stabilizarea secundară; Minim 7 tipodimensiuni; - Tijă cu forma conică; Variantele standard și lateralizate, pentru adoptare mai bună spre anatomia individuală. - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni - Confectionată din aliaj de titan, acoperită cu strat de suprafață osteointegrativă, care crează stabilizarea secundară; 12 tipodimensiuni. Tijă cu forma conică. Variantele standard și lateralizate, pentru adoptare mai bună spre anatomia individuală. Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100 000-1	1	Endoproteză bipolară de șold CoCr(cimentată și necimentată)	Tijă femurală cimentată de diferite dimensiuni	EXACTA PLUS STEM 11701 -> 11730 11711 -> 11740	ITALIA	PERMEDICA	Tijă femurală cimentată de diferite dimensiuni - Confectionată din aliaj de CoCr sau echivalentul său; - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Sa prezintă varianta standard și lateralizată; În minim 6 tipodimensiuni; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Tijă femurală cimentată de diferite dimensiuni: Confectionată din aliaj de oțel inox cu conținut înalt de azot; Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; Prezintă varianta standard și lateralizată; În minim 10 tipodimensiuni; - Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE
33100 000-1	1	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Restrictor pentru canal femoral	UNIVERSAL CEMENT RESTRICTO R 88000	ITALIA	PERMEDICA	Restrictor pentru canal femoral - Confectionat din polietilena supradensă; - Disponibil în una sau mai multe tipodimensiuni , pentru adaptare mai bună spre anatomia individualizată; - Sa existe măsurătorul pentru măsurarea adâncimii și diametrului de canal femural; - Sa se implanteze cu un instrument special, - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Restrictor pentru canal femoral: Confectionat din polietilena supradensă; Disponibil în dimensiune universală, pentru adaptare mai bună spre anatomia individualizată; Există măsurătorul pentru măsurarea adâncimii de canal femural; Se implantează cu un instrument special; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE

33100 000-1	1	Endoproteză bipolară de şold (cimentata si necimentată)	Set de instrumente gratis în folosință	BIARTICULAR CUP INSTRUMENTS SET, EXACTA STEM INSTRUMENTS SET	ITALIA	PERMEDICA	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100 000-1	1	Endoproteză bipolară de şold CoCr(cimentata si necimentată)	Motor oscilant	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100 000-1	1	Endoproteză bipolară de şold CoCr(cimentata si necimentată)	Lame pentru motor oscilant	saw Blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	
33100 000-1	4	Proteza totala de sold necimentata cu cap ceramic	Tija femurala necimentata	SL X- PORE STEM 15706 -> 15720 15806 -> 15820	ITALIA	PERMEDICA	Tija femurala necimentata - Confecționată din material de titan Acoperire cu titan poros în zona metafizara a tijei protetice; Tija sa prezinta unul sau mai multe sanțuri metadiafizare - Disponibila in minim 10 dimensiuni - Con 12/14 mm - Offset standart si lateralizat - Fara guler - Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijei femurale prin abord minim-invaziv anterior. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Tija femurala necimentata - Confecționată din material de titan Acoperire cu titan poros în zona metafizara a tijei protetice; Tija prezinta unul sau mai multe sanțuri metadiafizare - Disponibila in minim 10 dimensiuni - Con 12/14 mm - Offset standart si lateralizat - Fara guler - Prezinta instrumente ce permit implantarea tijei femurale prin abord minim-invaziv anterior. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	ISO; CE

33100 000-1	4	Proteza totala de sold necimentata cu cap ceramic	Cupa acetabulară necimentata	JUMP SYSTEM PRESS-FIT CUP 35345 -> 35366 FIXATION SCREWS 36720 -> 36750	ITALIA	PERMEDICA	Cupa acetabulară necimentata -Confecționată din aliaj de titan. -Acoperita cu titan poros asociat cu HA, bile sinterizate depuse tridimensional sau fibre metalice de titan. - Să fie prezentă cu minim 3 găuri; - Sa permita schimbarea pozitiei insertului deja fixat fara deteriorarea lui. Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni - Sa prezinte instrumente ce permit implantarea cupei acetabulare prin abord minim-invaziv anterior. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	CUPA Confecționată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Permite schimbarea pozitiei insertului deja fixat. Prezinta mecanism aditional intern de fixare a insertului polimeric - sant pe suprafata interna a cupei; Prezinta minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Prezinta 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; Prezinta instrumente ce permit implantarea tije femurale prin abord minim-invaziv anterior Sterila; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100 000-1	4	Proteza totala de sold necimentata cu cap ceramic	Insert din polietilena cross – linkata	JUMP SYSTEM ARTICULAR INSERT VITAL-XE 36301XE -> 36371XE	ITALIA	PERMEDICA	Insert din polietilena cross – linkata - Diametrul interior 28, 32, 36 mm - Sa prezinte mecanism aditional de fixare a insertului polimeric: degajari ecuatoriale antirotationale, santuri suplimentare la cupa etc; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	INSERT: Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata; Prezinta mecanism aditional de fixare a insertului polimeric: santuri suplimentare la cupa. Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului receptioneaza capurile 28, 32 si 36 mm; Steril; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100 000-1	4	Proteza totala de sold necimentata cu cap ceramic	Cap femoral ceramic	BIOLOX DELTA CERAMIC HEADS 20587 -> 20570	ITALIA	PERMEDICA	Cap femoral ceramic -Ceramică de generația a patra (cu incluziuni de zirconiu) ; - Conul 12/14 mm ; - Diametre 28, 32, 36 mm ; - Minim 4 dimensiuni de lungime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Cap femoral ceramic Ceramică de generația a patra (cu incluziuni de zirconiu) ; Conul 12/14 mm; Diametre 28, 32, 36 mm ; Minim 4 dimensiuni de lungime. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE

33100 000-1	4	Proteza totala de sold necimentata cu cap ceramic	Șuruburi de cupă	FIXATION SCREWS 36720 -> 36750	ITALIA	PERMEDICA	Șuruburi de cupă d-5,5-6,5 cu minim 6 lungimi - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Șuruburi de cupă diametrul de 6,5mm, cu minim 6 lungimi; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100 000-1	4	Proteza totala de sold necimentata cu cap ceramic	Set de instrumente în custodie	SL X-PORE STEM INSTRUMEN TS, JUMP INSTRUMEN TS, M.I.S. INSTRUMEN TS	ITALIA	PERMEDICA	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100 000-1	4	Proteza totala de sold necimentata cu cap ceramic	Motor oscilant si reamer în custodie	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100 000-1	4	Proteza totala de sold necimentata cu cap ceramic	Lame pentru motor oscilant	saw Blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	

33100 000-1	5	Proteza de genunchi NPS	Componenta femurala NPS cimentata	U2 FEMORAL COMPONEN T 2103- 1310 -> 2103- 1460	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , cimentata • Sa fie o componenta anatomica cu 3 raze de curbura • Variante stanga/ dreapta • Sa prezinte fixarea femurală antirotațională augmentată prin doi pini și o textură specială pentru o bună fixare a cimentului • Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare • Design care sa permita flexie pana la 130° • Sa fie varianta NPS fara sacrificarea ligamentului incrucisat posterior • Condili femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei • Sa prezinte congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial • Sa prezinte minim 5 dimensiuni diferite stanga/ dreapta • Suprafata articulara sa fie lustruita • Suprafata de implantare sa fie rugoasa Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrării	Confectionata din aliaj de Co-Cr , cimentata Componenta anatomica cu 3 raze de curbura Variante stanga/ dreapta Prezinta fixarea femurală antirotațională augmentată prin doi pini și o textură specială pentru o bună fixare a cimentului Deschiderea posterioara intercondiliana pentru a permite implantarea tijelor centromedulare Design care permita flexie pana la 130° Varianta NPS fara sacrificarea ligamentului incrucisat posterior Condili femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei Prezinta congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial Prezinta minim 6 dimensiuni diferite stanga/ dreapta Suprafata articulara lustruita Suprafata de implantare rugoasa. Sterila minim 3 ani din momentul livrării	ISO; CE
33100 000-1	5	Proteza de genunchi NPS	Componenta tibiala cimentata	CMA BASE PLATE 2203-3210 -> 2203-3260	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universală SAU stanga/ dreapta -Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, dimensiunile de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta -Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata; -Modalitatea de implantare cimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; -; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -	Componenta tibiala: Confectionata din aliaj Titan; - Universală. Profilul platoului tibial simetric se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Prezinta modularitate, dimensiunile de tibie și de femur pot fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur se poate combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie se face prin sistem de prindere. Dimensiuni:6, universale. Suprafata de implantare rugoasa, mata; Modalitatea de implantare cimentata; Permite corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; Prezinta un dop filetat distal pentru posibilitatea fixării tijei de extensie; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE

33100 000-1	5	Proteza de genunchi NPS	Insertul polietilenic NPS	TIBIAL INSERT 2303-1211 -> 2303-1265	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, , astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta fara stabilizare posterioara - Să prezinte minim 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -	Insert tibial Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) Are marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa. Prezinta modularitate deosebită, dimensiuni de tibia și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel o dimensiune de femur se poate combina cu minim 3 dimensiuni de insert; Modalitate de fixare prin sistem de prindere. Prezinta varianta cu stabilizare posterioara Prezinta 5 grosimi Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100 000-1	5	Proteza de genunchi NPS	Componenta patelara	ONSET PATELLAR COMPONEN T 2403- 1010 -> 2403- 1060	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Componentă patelară Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Să prezinte 5 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE	Componentă patelară Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Prezinta 6 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO; CE
33100 000-1	5	Proteza de genunchi NPS	Set de instrumente în custodie	U2 PRIMARY KNEE INSTRUMEN TS SET	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	TAIWAN	Set de instrumente în custodie (pentru fiecare beneficiar)	Set de instrumente în custodie (pentru fiecare beneficiar)	
33100 000-1	5	Proteza de genunchi NPS	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
33100 000-1	5	Proteza de genunchi NPS	Lame pentru motor oscilant	saw Blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Chicu Natalia

În calitate de: Director

Ofertantul: "Intermed" SRL, Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65, of.618