

Specificații tehnice

			<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în</i>								
Numărul licitației:			LP nr. ocids-b3wdp1-MD-1770995917569					Data: „13”februarie 2026	Alternati va nr.: _____		
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale (Fotoliu pentru chimioterapie, hote cu flux laminar) conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 5)								
Cod	Nr.	Denu	Denu	Model	Țara de	Produ-	Specificarea tehnică	Specificația tehnică propusă de operatorul	standard	Beneficia	

331000 00-1	2	Hotă cu flux laminar	Hotă cu flux laminar	BSC-700 IIA2- Z, STAND ARD WITH BASE	China	Biobase	Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluce clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar bănci curate. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor Senzor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat Control automat al volumului de flux prezentat Interior: suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară: lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux Lampa UV pentru sterilizare,	Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluce clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. DA, MODEL BSK-700IIA2-Z Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 DA, PAG 13 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat DA, PAG 14 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC700IIA2-Z User Manual Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic DA, PAG 17 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Filtre ULPA Prefiltru Eficiența de 99.9995% (Diameter:0.12μm) DA, PAG 14 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de 1000 lux DA, PAG 14 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Manual Lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală DA, PAG 15 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual	CRE, ISO, DM0004153 00	IMSP SR Ștefan Vodă, IMSP SR Hîncești, IMSP SR Soroca, IMSP SR Comrat, IMSP SR Anenii Noi
----------------	---	----------------------------	----------------------------	---	-------	---------	--	---	------------------------------	--

							fixata in vitrina frontala Nivelul de zgomot $\leq 65\text{dB}$ Afişaj digital Alimentarea $230\text{V} \pm 10\%$, 50 Hz Alarme: Acustică Vizuală Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare Lampă UV Suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze.	Nivelul de zgomot 60dB DA , PAG 14 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Afijaj digital DA, PAG 18 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC700IIA2-Z User Manual Alimentarea $230\text{V} \pm 10\%$, 50 Hz DA, PAG 14 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Alarme Acustică Vizuală DA, PAG 29 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze DA, PAG 8 DIN AC Biological Safety Cabinet BSC-700IIA2-Z User Manual TOATE ACCESORIILE VOR FI LIVRATE CONFORM LISTEI CERUTE		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: MD-2025, strada N. Testemițeanu 19/3, ap. 101, mun. Chișinău, Republica Moldova