

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1765200071131/21519747 din: 08.12.2025 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2026 (repetat)							
Nr.	Denumirea lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
4	Rulouri cu banda continua autocolant	TDS-70 gsm TOP Thermal label	China	HENGYUAN LABELTECHNOLOGY LTD	Destinația: Pentru marcarea componentelor sanguine post validare. Proprietăți: Compatibil cu imprimanta Zebra GK420d Termorezistente la congelare: temperatura de pana la minus 80°C si la decongelare rapida de pina la plus 37 °C, usor decupabile. Tip:pre-printate. Dimensiuni 100mm×100mm, 500 buc in rulou. Forma de livrare: rulou cu un conținut de 500 etichete	Rulouri cu bandă continuă autocolantă Destinația: pentru marcarea produselor sanguine validate. Proprietăți: Compatibil cu imprimanta Zebra GK 420d Termorezistente la congelare: temperatura de până la minus 80°C și la decongelare rapidă temperatura de pînă la plus 37°C; Ușor decupabile. Tip: pre-printate; Dimensiuni: 100 mm x 100 mm; număr 500 buc în rulou Forma de livrare: rulou cu un conținut de 500 etichete	CE ISO
25	Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml	CY-104EK3-10	China	Shandong Chengwu Medical Products Factory	Destinație: pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăți: a) volum 8/9/10 ml; b) asigurată cu presiune vid; c) marginea inferioară proeminentă a dopului eprubetei să nu depășească diametrul de 17,00mm ±0,5 mm d) cu conservant tip EDTA K3; e) cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 30 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Destinație: pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăți: a) volum 8/9/10 ml; b) asigurată cu presiune vid; c) marginea inferioară proeminentă a dopului eprubetei să nu depășească diametrul de 17,00mm ±0,5 mm d) cu conservant tip EDTA K3; e) cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 30 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	CE ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4