

Specificații tehnice (F4.1)

Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1611930372704						Data: „09” Martie 2021	Alternativa nr.: _____	
Denumirea procedurii de achiziție: "Reactive și consumabile de laborator (LCD) 1"						Lot: _____	Pagina: __ din __	
Cod CPV	Denumirea lot	Denumirea poziției lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33600000-6	13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco	1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Trombin liofilizat 6-8 un. NIH	609	Federația Rusă	Tehnology-Standard	1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Trombin liofilizat 6-8 un. NIH	1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Trombin liofilizat 6-8 un. NIH	Certificat CE, ISO
33600000-6	13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco	2. Set p/u detrmnarea protrombinei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Tromboplastin - CaCl2 0,025M lichid, gata p/u lucru cu stabilitatea 30 zile după deschiderea flaconului	A0230-100	Germania	Teco	2. Set p/u detrmnarea protrombinei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Tromboplastin - CaCl2 0,025M lichid, gata p/u lucru cu stabilitatea 30 zile după deschiderea flaconului	2. Set p/u detrmnarea protrombinei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Tromboplastin - CaCl2 0,025M lichid, gata p/u lucru cu stabilitatea 30 zile după deschiderea flaconului	Certificat CE, ISO
33600000-6	13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco	3. APTT-El-reagent lichid cu calciu clorid 0,025M - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	652	Federația Rusă	Tehnology-Standard	3. APTT-El-reagent lichid cu calciu clorid 0,025M - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	3. APTT-El-reagent lichid cu calciu clorid 0,025M - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
33600000-6	13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco	4. Set p/u determinarea fibrinogenului metoda Klausss fără diluție plasmei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	712	Federația Rusă	Tehnology-Standard	4. Set p/u determinarea fibrinogenului metoda Klausss fără diluție plasmei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	4. Set p/u determinarea fibrinogenului metoda Klausss fără diluție plasmei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
33600000-6	13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco	5. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	24 100 00	Germania	Teco	5. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	5. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO

33600000-6	13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco	6. Complexe fibrin-monomerice CFMS-RMFK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	081	Federația Rusă	Tehnology-Standard	6. Complexe fibrin-monomerice CFMS-RMFK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	6. Complexe fibrin-monomerice CFMS-RMFK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
33600000-6	17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	CG1005	China	Getein Biotech	1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
33600000-6	17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	CG1003	China	Getein Biotech	2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
33600000-6	17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	3. Test rapid la D-Dime - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	CG1006	China	Getein Biotech	3. Test rapid la D-Dime - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	3. Test rapid la D-Dime - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
33600000-6	17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	CG1017	China	Getein Biotech	4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
33600000-6	17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	CG1002	China	Getein Biotech	5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
33600000-6	17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	CG1007	China	Getein Biotech	6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
33600000-6	18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc.	1. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Ketone, Glucoza, Protein, Singe, pH, Nitrite, Leucocite, Dens relat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Mission 8N	SUA	ACON	1. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Ketone, Glucoza, Protein, Singe, pH, Nitrite, Leucocite, Dens relat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	1. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Ketone, Glucoza, Protein, Singe, pH, Nitrite, Leucocite, Dens relat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
33600000-6	18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc.	2. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	U021-011	SUA	ACON	2. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	2. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
33600000-6	18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc.	3. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Glucoza, Ketone, SG, Singe, pH, Protein, Nitrite, Leucocite (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Mission 8N	SUA	ACON	3. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Glucoza, Ketone, SG, Singe, pH, Protein, Nitrite, Leucocite (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	3. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Glucoza, Ketone, SG, Singe, pH, Protein, Nitrite, Leucocite (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO

33600000-6	18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories, Inc.	4. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	U021-011	SUA	ACON	4. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	4. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
33600000-6	21.1. Set reagenți p/u investigații imunologice	1.CRP	8.00.00.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
33600000-6	21.2. Set reagenți p/u investigații imunologice	2.ASLO	8.00.02.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
33600000-6	21.3. Set reagenți p/u investigații imunologice	3.RF	8.00.04.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
33600000-6	21.5. Set reagenți p/u investigații imunologice	5. Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab	71024	SUA	Lumiquick	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
33600000-6	21.6. Set reagenți p/u investigații imunologice	6. Test rapid la Occult Blood	72001	SUA	Lumiquick	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Certificat CE, ISO
33600000-6	21.7. Set reagenți p/u investigații imunologice	7. Test rapid la HBsAg	71004	SUA	Lumiquick	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Certificat CE, ISO
33600000-6	21.8. Set reagenți p/u investigații imunologice	8. Test rapid la Anti-HCV	71030	SUA	Lumiquick	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Certificat CE, ISO
33600000-6	21.10. Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge	10.Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge cu analizor portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile)	On Call Plus	SUA	ACON	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste. Analizator portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile)	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste. Analizator portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile) Parametri tehnici-conform broșurei anexate.	Certificat CE, ISO
33600000-6	22.18. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale	18. Set colorație după Gram	K001	INDIA	HIMEDIA	Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
33600000-6	22.23. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei	23. Indicator universal, PH 1-12 pe benzi de hârtie	LA335	INDIA	HIMEDIA	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010)	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010)	Certificat CE, ISO
33600000-6	24.6. Veselă și articole de ustensilă	6.Container din polipropilen 200-250 ml	331193	ITALIA	Syntesys	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 200-250ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 200ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
33600000-6	24.7. Veselă și articole de ustensilă	7.Container din polipropilen 120-150 ml	331162	ITALIA	Syntesys	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 120-150ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 120ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
33600000-6	24.13. Veselă și articole de ustensilă	13. Eprubeta cu K3-EDTA 5-10 ml	318548	ITALIA	Syntesys	Eprubeta cu K3-EDTA. Volum de sânge: 5 - 10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubeta cu K3-EDTA. Volum de sânge: 5 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
33600000-6	24.15. Veselă și articole de ustensilă	15. Eprubetă din polipropilen cu heparina de sodiu 10 ml	318650	ITALIA	Syntesys	Cu heparină de sodiu 16x100mm, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cu heparină de sodiu 16x100mm, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO

33600000-6	24.18. Veselă și articole de ustensilă	18. Eprubeta cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta	318279	ITALIA	Syntesys	Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
33600000-6	24.19. Veselă și articole de ustensilă	19. Eprubeta cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta	318273	ITALIA	Syntesys	Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 8-10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
33600000-6	24.20. Veselă și articole de ustensilă	20. Eprubetă din polipropilen cilindrică gradată, cu capac și eticheta	318014T	ITALIA	Syntesys	Cilindrică, gradată la 0,5-1-2,5-5-10ml, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cilindrică, gradată la 0,5-1-2,5-5-10ml, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
33600000-6	24.21. Veselă și articole de ustensilă	21. Eprubetă din polipropilen conică, 10 ml	318159+ 318165	ITALIA	Syntesys	Conică, p/u urină. Volum: 10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conică, p/u urină. Volum: 10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
33600000-6	24.24. Veselă și articole de ustensilă	24. Eprubete Eppendorf 1,5 ml	318166	ITALIA	Syntesys	Eprubete Eppendorf 1,5 ml;	Eprubete Eppendorf 1,5 ml;	Certificat CE, ISO
33600000-6	24.41. Veselă și articole de ustensilă	41. Vîrfuri 0-200 mkl	318260	ITALIA	Syntesys	Vîrfuri 0-200 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Vîrfuri 0-200 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Certificat CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9