

Pretul reviziei si interventiilor pu un ventilator model Monnal T75

Air Liquide Medical System, Franta

Nr. d/o	Data, Luna si anul	Lucrarile efectuate	Pretul /an fara TVA Lei MD	Pret/an cu TVA Lei MD
1	2	3	4	5
1	**Prima luna dupa semnarea contractului	Revizie 1	17.700,00	21 240.00
2	Interventiile de depanare la solicitare		0	0
	Total**		17.700,00	21 240.00

**** set filtre de tip KY732609 si garnitura inelara VE090134 se va schimba in timpul efectuarii reviziei si intra in pretul ofertei**

Descrierea Lucrarilor:

	<p>a. Activitati la solicitare: <u>sunt incluse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se intervine in maxim 1 ora prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; ▪ Se intervine in maxim 24 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; ▪ Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat; ▪ Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat; ▪ Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice;
--	---

b. Activitati de mentenanta :**▪ Revizie 1**

- montarea chitului de mentenanta (anual);update software la ultima versiune
;Calibrarea modulelor ventilatorului
- Testari functionale conform manualului de service
- *Furnizarea si implementarea, in mod gratuit, a tuturor corectiilor constand in upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranta emise de catre producator pentru a asigura intretinerea si functionarea in conditii optime si de siguranta a dispozitivelor medicale precum si pentru imbunatatirea performantelor acestora (se vor atasa documente doveditoare).*
- Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar;
- Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei);
- In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte).
- Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul).
- Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte;