

Autoclav

	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant
	model vertical	model vertical
	parametri de sterilizare : durata de sterilizare setabila 3 - 120 minute temperatura de sterilizare setabila 100 - 139°C	parametrii de sterilizare : timp de sterilizare setabil 3-120 minute temperatura de sterilizare setabilă 105-136°C
	timer pentru durata sterilizării	timer pentru durata sterilizării
	manometru; presiune maxima: 2,5 bar	manometru; presiune maximă: 2,8 bar
	construcție interioară și exterioară din oțel – inox	construcții interioare și exterioare din oțel inoxidabil
	10 programe de sterilizare	10 programe de sterilizare
	senzor de temperatura PT 100, clasa A	Senzor de temperatură PT 100, Clasa A
	control PID al temperaturii prin microprocesor	controlul temperaturii PID cu microprocesor
	purjare automată	purjare automată
	filtru biologic și interfata RS 232 (modelul Sterilmatic C-Dry)	filtru biologic și interfata RS 232 (modelul Sterilmatic C-Dry)
	garnituri siliconice	garnituri din silicon
	termostat de siguranță - protecție la supraîncălzire	termostat de siguranță-Protecție la supraîncălzire
	sistem de autodiagnostic cu afișarea erorilor aparute	sistem de autodiagnosticare cu afișare de eroare
	protecție la suprapresiune	protecție la suprapresiune
	Volum -120-130 l.	Volum-120l.
	Perioada de garanție 12 luni	Perioada de garanție 12 luni