

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1771577158015
Denumirea procedurii de achiziție	Echipamente medicale

Denumire Lot	Denumirea modelului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7
Lot nr.3 Pat de spital						
Pat de spital	YA-D3-3	China	ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	Pat de spital electric cu trei funcții, destinat utilizării în secțiile medicale pentru asigurarea confortului pacientului și facilitarea activității personalului medical. Cerințe tehnice minime • Lungime totală: 2100 mm (±50 mm) • Lățime totală: 970 mm (±30 mm) • Înălțime reglabilă (fără saltea): 520–760 mm • Lungime interioară: 1970 mm (±30 mm) • Lățime interioară: 840 mm (±20 mm) • Înălțime saltea: minimum 7 cm • Reglaj electric cu trei funcții: o Secțiunea spatelui: unghi reglabil 0–80° (±5) o Secțiunea picioarelor: unghi reglabil 0–40° (±5) o Reglaj înălțime pat: 520–760 mm • Suprafață turnată complet din tablă de oțel rece sau material echivalent certificat. • Tetiere și picioare din polipropilenă sau material echivalent rezistent la impact și ușor de igienizat. • Balustrade de protecție din aliaj de aluminiu sau material echivalent, pliabile ușor în sus și în jos.	Pat de spital electric cu trei funcții, destinat utilizării în secțiile medicale pentru asigurarea confortului pacientului și facilitarea activității personalului medical. Cerințe tehnice minime • Lungime totală: 2130 mm • Lățime totală: 970 mm • Înălțime reglabilă (fără saltea): 500–750 mm • Lungime interioară: 1970 mm (±30 mm) • Lățime interioară: 830 mm • Înălțime saltea: minimum 7 cm • Reglaj electric cu trei funcții: o Secțiunea spatelui: unghi reglabil 0–75° o Secțiunea picioarelor: unghi reglabil 0–40° o Reglaj înălțime pat: 500–750 mm • Suprafață turnată complet din tablă de oțel rece sau material echivalent certificat. DA • Tetiere și picioare din polipropilenă sau material echivalent rezistent la impact și ușor de igienizat. DA • Balustrade de protecție din aliaj de aluminiu , pliabile ușor în sus și în jos. DA • Roți silențioase de Ø150 mm , DA dotate cu sistem de blocare pe cel puțin două roți. DA	<i>Numarul de inregistrare AMDM</i> <i>DM000654312</i>

			• Roți silențioase de minimum Ø150 mm, dotate cu sistem de blocare pe cel puțin două roți. • Sarcină maximă suportată: ≥ 250 kg. Siguranță și conformitate • Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru echipamente medicale. • Certificat CE, certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. Servicii asociate • Livrare, instalare și instruire privind utilizarea la sediul beneficiarului. • Service post-garanție disponibil pe teritoriul Republicii Moldova. • Garanție minim 24 luni.	• Sarcină maximă suportată: 250 kg. Siguranță și conformitate • Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru echipamente medicale. DA • Certificat CE, certificat de conformitate și declarație de calitate la livrare. DA Servicii asociate • Livrare, instalare și instruire privind utilizarea la sediul beneficiarului. DA • Service post-garanție disponibil pe teritoriul Republicii Moldova. DA • Garanție minim 24 luni. DA	
--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
 În calitate de: Director
 Ofertantul: SC „Neotec” SRL
 Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău