

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1715166014044 din: 19.05.2024 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Veselă de Laborator, utilaj și consumabile pentru laboratoarele LIPA din subdiviziuni (or. Bălți și or. Donușeni)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						CE, ISO
38	Analizor pentru activitatea apei (Aw)	BWA-3A	China	Biobase	Activitatea apei Domeniu: min 0.030–1.000 w Rezolutie: ≥ 0.0001 w Acuratete: ± 0.003 (WA- IR dew point) ± 0.015 (WA-DP capacitance Repetabilitate: ≥ 0.001 w Temperatura Domeniu: 15-50 °C Rezolutie: ≥ 0.01 °C Acuratete: ± 0.2 °C Specificatii tehnice-Timpul de citire:aprox.5 min Capacitate recipient de proba: ≥ 7.5 mL/recomandat 15 mL Sample cup capacity: ≥ 14 mL Conditii de operate: temperatura 4°C .. 50°C / RH 0% .. 90% fara condens Alimentare:110–220 VAC 50/60 Hz Optional Accessories Plita electrica cu placa pentru echilibrarea temperaturii, Filtre,Imprimanta seriala,Geanta de transport,Solutii standarde de verificare, Solutii de curatare Cuve de unica folosinta de 15 ml/set de 100 sau 500 Certificate ISO 9001:2015 Certificat EM ISO/IEC 17050:2010 (CE Mark) - Certificat de garantie si post garantie	Activitatea apei Domeniu: min 0.030–1.000 w Rezolutie: ≥ 0.0001 w Acuratete: ± 0.003 (WA- IR dew point) ± 0.015 (WA-DP capacitance Repetabilitate: ≥ 0.001 w Temperatura Domeniu: 15-50 °C Rezolutie: ≥ 0.01 °C Acuratete: ± 0.2 °C Specificatii tehnice-Timpul de citire:aprox.5 min Capacitate recipient de proba: ≥ 7.5 mL/recomandat 15 mL Sample cup capacity: ≥ 14 mL Conditii de operate: temperatura 4°C .. 50°C / RH 0% .. 90% fara condens Alimentare:110–220 VAC 50/60 Hz Optional Accessories Plita electrica cu placa pentru echilibrarea temperaturii, Filtre,Imprimanta seriala,Geanta de transport,Solutii standarde de verificare, Solutii de curatare Cuve de unica folosinta de 15 ml/set de 100 sau 500 Certificate ISO 9001:2015 Certificat EM ISO/IEC 17050:2010 (CE Mark) - Certificat de garantie si post garantie	CE, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei
În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL
Adresa: ștr. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51