

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Numărul procedurii de achiziție: 21083267, ocde-b3wdp1-MD-1687522789126							Data: 27.06.2023	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reactivi și consumabile de laborator pentru necesitățile a.2023							Lot:	pag. 1 din 1
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
2	33100000-1	RPR	RPR-CARBON-DAC / 1040R200D	Moldova	Dac-SpectroMed	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set pentru 100 teste. Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste (distanța între cercurile de pe card minimum 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 86.0% Specificitatea ≥ 98.0%	Teste RPR , set pentru 100 teste, cu carduri de unică folosință și control pozitiv și negativ inclus. Varianta macroscopica.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 27.06.2023
Valabilitatea ofertei - 30 zile.