

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
LOT Nr. 4 : Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie a sângelui, vertical, volum minim 800L	MODEL PROPUS: Congelator LF 1400, Arctiko, Danemarca.	
Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie a sângelui, vertical, volum minim 800L	Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie a sângelui, vertical, volum minim 800L—Model LF 1400 (Arctiko)	
Descriere	Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocarea specializată a plasmei sanguine.	
Parametrul	Specificația	
Configurație	Vertical- <i>da</i>	
Capacitatea internă a camerei	≥ 800 litri - <i>da</i> , 1361 l	
Număr de sertare, cu delimitări pentru pungi cu plasmă sanguină	≥ 4 buc; - <i>da</i> , 6 b incluse în oferta (cod 5061037-01)	
Ușa	Externă	1;- 2 <i>usi</i>
	Mecanism	blocare cu cheie- <i>da</i>
Roți	<i>da</i>	
Construcție interioară	inox medical sau material anti-bacterial prevazut pentru prelucrare cu solutii antiseptice- <i>da</i> , oțel electrogalvanizat / oțel inoxidabil	
Construcție exterioară	cu acoperire anticorozivă- <i>da</i> , oțel inoxidabil	
Domeniul de temperatură	-18°C ... -25 °C; - <i>da</i> , -10°C ... -30°C	
	stabilitate - ± 3 °C; - <i>da</i> +-2	
	rezoluție - 1 °C; - <i>da</i> 1 °C	
Afișaj temperatură	Digital- <i>da</i>	
	ecran grafic / LED- <i>da</i>	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA în calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova

ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor da, min. 48 ore Răcire ventilată forțată Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db	Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB	da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator- <i>da</i> , disponibil
	Alarme	Acustică- <i>da</i>
		Vizuală- <i>da</i>
		ușa deschisă- <i>da</i>
		lipsa curentului electric- <i>da</i>
	Posibilitatea de setare a alarmei	limita maximă a temperaturii- <i>da</i>
		limita minimă a temperaturii- <i>da</i>
	Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor alarmelor	da, min. 48 ore;- <i>da</i> , 72 ore
	Răcire	ventilare forțată- <i>da</i>
	Alimentare	220 V, 50 Hz;- <i>da</i> , 230 V, 50 Hz
	Nivelul de zgomot	≤ 60 db - <i>da</i>