

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1738590782391	Data: 06/03/2025	Alternativa nr.: __
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025-REPETAT		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3		5	6	7	8
3310 0000-1	4	Lot nr. 4 Set circuit respirator de unică folosință, pentru adulți.	Lot nr. 4 Set circuit respirator de unică folosință, pentru adulți.	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare (Codul produsului:AL-11019-060.V002)	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Componenta minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, $\geq 1,5$ m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, $\geq 0,5$ m, 22F, 1 buc plamîn de rezervă, fără latex, $\geq 2L$, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35	Componenta minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y1,8 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, 1,5 m, 22F, 1 buc plamîn de rezervă, fără latex, 2L, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 (TDS pag. 1-2)	DM000378387
3310 0000-1	24	Lot nr. 24 Filtru pentru circuite de respirație	Lot nr. 24 Filtru pentru circuite de respirație	Filtru pentru circuite de respirație (Codul produsului:AL-08023.V001 (CLEANED))	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min 0,5 cm H2O Volum compresiabil 33 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual (TDS pag1-2, Declarație pag.1)	DM000378368
3310 0000-1	30	Lot nr. 30 Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Lot nr. 30 Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Filtru pentru circuit de respirație pediatric (Codul produsului:GZ-GL-2 HME filter paediatric)	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min 2,04 cm H2O Volum compresiabil 14 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F (DEclaratie pag.1) Steril conform EN14644-1 (Declarație pag.1) Ambalaj individual (Catalog pag. 2)	DM000659287
3310 0000-1	32	Lot nr. 32 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Lot nr. 32 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Filtru circuite respiratie HME (Codul produsului:AL-08022.V001 (CLEANED))	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT =500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min 0,82 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) 7,2 mg/l (Declaratie pag.1) Retur de umiditate (mg/l la VT =500 ml) 37 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual (TDS pag.1-2)	DM000378369

3310-0000-1	33	Lot nr. 33 Filtru traheostomic de respirație, tip HME	Lot nr. 33 Filtru traheostomic de respirație, tip HME	Filtru traheostomic HME (Codul produsului:AL-08025.V001)	Turcia	MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S.	Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min $\leq 0,3$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT =500 ml) ≥ 26 mg/l Volum compresibil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj individual	Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min 0,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT =500 ml) 27,5 mg/l Volum compresibil 15 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj individual (TDS pag1-3)	DM000378370
3310-0000-1	69	Lot nr. 69 Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole	Lot nr. 69 Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole	Respisun solutie hipertonica 3% 4ml (Codul produsului:64257460022 19)	Franța	LABORATOIRE UNITHER	Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata)	Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata) Facturare N24 fiole (N96 ml)	DM000451175

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23