

Specificații tehnice (F 4.1)

MTenderID: ocds-b3wdp1-MD-1766393718033						
Obiectul achiziției: “Achiziționarea Dispozitivului Medical pentru Tratatamentul Extremităților conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2026”						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Dispozitiv de fizioterapie conceput pentru a accelera tratamentul rănilor dificil de vindecat, edemelor, bolilor musculo-scheletice și tulburărilor neurologice. (poziția 1.1)	Laserobaria 2.0_S	Polonia	INVENTMED sp. z o. o.	Parametru Specificație Ecran tactil color obligatoriu Terapie cu gaz O ₂ /O ₃ obligatoriu Efect antiseptic obligatoriu Alimentare 220-230 V / 50 Hz Funcții suplimentare ≥3: Terapia cu câmp magnetic sau stimulare electrică obligatoriu lumina roșie ≥600 nm, ±10% lumina ultraviolet ≤400 nm, ±10% Irigare/umidificare obligatoriu terapia cu presiune negativă obligatoriu Accesorii concepute pentru buna funcționarea a dispozitivului obligatoriu	Parametru Specificație Ecran tactil color obligatoriu Terapie cu gaz O ₂ și O ₃ Efect antiseptic Alimentare 220-230 V / 50 Hz Funcții suplimentare – 3: Terapia cu câmp magnetic lumina roșie 600 – 700 nm lumina ultraviolet 310 – 400 nm Accesorii concepute pentru buna funcționarea a dispozitivului – da, incluse	DM000844543

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44